

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo:	3/2021
Data do Processo Adm.:	03/03/2021
Processo de Licitação:	4/2021
Data do Processo:	26/02/2021

Folha: 1/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
<u>Lote: 1</u>					
1	1,00	UN	CENTRAL DE MONITORES: 1 (uma) central com capacidade de monitorar no mínimo 12 leitos simultâneos Software totalmente em português Admissão e alta do paciente com dados demográficos e fisiológico. Capacidade de armazenamento de cadastro e histórico de evolução, vinculados ao paciente, possibilitando troca de leito sem perda de informações. Permitir a busca e revisão de dados de até 20.000 pacientes com alta. Permitir a revisão de até 240 horas de informações de tendências para cada paciente conectado. Fornecer saída de dados que satisfaz ao protocolo HL7. Oferecer Hardware para seu perfeito funcionamento (CPU e monitor colorido de no mínimo 17") E todos os demais acessórios para o perfeito funcionamento da central. Tecnologia Gateway, para se comunicar com o HIS do hospital com a utilização do protocolo aberto HL7 com licença liberado para pelo menos 50 monitores de forma simultânea. A empresa deve fornecer todos os dispositivos necessários para a integração dos Monitores e ventiladores com o HIS do Hospital, para oportunizar a equipe clínica acesso rápido as informações para tomada de decisão clínica. OBS: a empresa deve fornecer todos os dispositivos para a integração e pleno funcionamento do sistema de integração. (20-04-	46.746,8100	46.746,8100

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo:	3/2021
Data do Processo Adm.:	03/03/2021
Processo de Licitação:	4/2021
Data do Processo:	26/02/2021

Folha: 2/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
2	2,00	UN	0013) MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COMPLETO COM PI CAPNOGRAFIA. Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, 2 X Pressão Invasiva; Capnografia. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12", com opcional de tela sensível ao toque (touchscreen). Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e/ou tela touch screen; deve permitir a conexão em rede através de protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 45 Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático. Alimentação à bateria interna (não modular) por no mínimo de 60 minutos. Indicação visual no display do equipamento que indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou bateria. Software de interface na língua portuguesa. Manual do usuário em língua portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. Detecção automática e rejeição	33.128,3900	66.256,7800

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo:	3/2021
Data do Processo Adm.:	03/03/2021
Processo de Licitação:	4/2021
Data do Processo:	26/02/2021

Folha: 3/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>de marca-passo. Possibilidade de conexão bidirecional com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor ou através da Central de Monitoração. A central deverá possuir registro próprio na ANVISA. Deve possuir índice de proteção IPX1 ou superior. Deve operar com umidade relativa na faixa de 20 a 90%. Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 1. ECG Compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; Número de derivações: 7 derivações Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm Adulta Faixa de frequência cardíaca: 30 a 350 bpm pediátrica e neonatal Resolução da medida de FC: 1 bpm; Deve permitir a detecção de pulsos de marcapasso; Deve possuir monitorização de Segmento ST em todas as derivações; Deve monitorar no mínimo 16 arritmias distintas; Acessórios: 1 Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediátrico (cabo tronco mais rabichos); 2. Respiração Método bioimpedância (ou impedância) torácica Faixa de frequência respiratória 4 a 120 rpm para adulto, Faixa de frequência respiratória 4 a 150 rpm para pediátrico e neonatal. Com visualização da onda de respiração, indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos/pediátricos/ neonatais. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário; 3. Temperatura cutânea: deve possuir 02 (dois) canais de temperatura; C om faixa de medida de 10° a 45°C; D eve permitir a medida da temperatura por sensor aderido na pela do paciente, ou através de cavidades; Acessórios: 1 unidade de Sensor Cutâneo Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo</p>		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo:	3/2021
Data do Processo Adm.:	03/03/2021
Processo de Licitação:	4/2021
Data do Processo:	26/02/2021

Folha: 4/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>operador (limites máximos e mínimos); 4. Pressão Não Invasiva Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); Modos de medida: Manual, Automática e STAT; Faixa de Medida total: pelo menos 10 a 250 mmHg; Intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 horas. Deve possuir proteção contrapressão excessiva para tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Acessórios: 1 unidade de Mangueira uso Adulto, 1 manguito tamanho adulto; 5. Oximetria Visualização da curva pletismográfica; Indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Indicação numérica e gráfica do índice de perfusão; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Acessórios: 1 Sensor Permanente tipo Clip uso Adulto. Os sensores devem ser originais do fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou "compatíveis"; 6. Pressão Invasiva: 02 (dois) canais de Pressão Invasiva Faixa de Medida 10 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg; 7. Capnografia pelo método sidestream deve acompanhar o equipamento todos os acessórios necessários para o seu funcionamento em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Manual operacional do equipamento em português. Garantia de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação; Garantia de 1 (um) ano para os acessórios eletrônicos contra defeitos de fabricação; Todos os acessórios necessários para o seu funcionamento: 01 un Cabo de ECG de 5 vias completo; 01 un Cabo de conexão para oximetria; 01 un Sensor de Oximetria adulto; 01</p>		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo:	3/2021
Data do Processo Adm.:	03/03/2021
Processo de Licitação:	4/2021
Data do Processo:	26/02/2021

Folha: 5/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
3	10,00	UN	un Mangueira de PNI adulto; 01 un Manguito adulto grande; 02 un Linhas de amostra; 02 un armadilhas de água para Capnografia; (24-01-0063) MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM PIMonitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, 2 X Pressão Invasiva. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12", com opcional de tela sensível ao toque (touchscreen). Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros) . Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e/ou tela touch screen; Deve permitir a conexão em rede através de protocolo TCP/IP com conector do tipo RJ 45 Funcionamento em rede elétrica 110/220V bivolt automático. Alimentação à bateria interna (não modular) por no mínimo de 60 minutos. Indicação visual no display do equipamento que indique o estado da bateria, bem como se o equipamento está funcionando pela rede elétrica ou bateria. Software de interface na língua portuguesa. Manual do usuário em língua	18.511,0000	185.110,0000

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo:	3/2021
Data do Processo Adm.:	03/03/2021
Processo de Licitação:	4/2021
Data do Processo:	26/02/2021

Folha: 6/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>portuguesa. Proteção contra descarga e interferência de desfibrilador e bisturi eletrônicos. Detecção automática e rejeição de marca-passo. Possibilidade de conexão bidirecional com a Central de Monitoração e integração com o Sistema do Hospital pelo protocolo HL7, diretamente no monitor ou através da Central de Monitoração. A central deverá possuir registro próprio na ANVISA. Deve possuir índice de proteção IPX1 ou superior. Deve operar com umidade relativa na faixa de 20 a 90%. Parâmetros que devem acompanhar o monitor: 1. ECG Compatibilidade com cabos de 3 e 5 vias; N úmero de derivações: 7 derivações Faixa de frequência cardíaca: 30 a 300 bpm Adulta Faixa de frequência cardíaca: 30 a 350 bpm pediátrica e neonatal Resolução da medida de FC: 1 bpm; Deve permitir a detecção de pulsos de marcapasso; Deve possuir monitorização de Segmento ST em todas as derivações; Deve monitorar no mínimo 16 arritmias distintas; Acessórios: 1 Cabo de ECG 5 vias Adulto/Pediátrico (cabo tronco mais rabichos); 2. Respiração Método bioimpedância (ou impedância) torácica Faixa de frequência respiratória 4 a 120 rpm para adulto, Faixa de frequência respiratória 4 a 150 rpm para pediátrico e neonatal. Com visualização da onda de respiração, indicação da FR com detecção e alarme de apnéia, em pacientes adultos/pediátricos/ neonatais. Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de FR (limites máximos e mínimos) programáveis pelo usuário; 3. Temperatura cutânea: Deve possuir 02 (dois) canais de temperatura; C om faixa de medida de 10° a 45°C; Deve permitir a medida da temperatura por sensor aderido na pela do paciente, ou</p>		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo:	3/2021
Data do Processo Adm.:	03/03/2021
Processo de Licitação:	4/2021
Data do Processo:	26/02/2021

Folha: 7/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>através de cavidades; Acessórios: 1 unidade de Sensor Cutâneo Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros programáveis pelo operador (limites máximos e mínimos); 4. Pressão Não Invasiva Deve apresentar os valores de Pressão Arterial Sistólica (PAS), Pressão Arterial Diastólica (PAD) e Pressão Arterial Média (PAM); Modos de medida: Manual, Automática e STAT; Faixa de Medida total: pelo menos 10 a 250 mmHg; Intervalo de medidas: pelo menos de 5 minutos a 2 horas Deve possuir proteção contra pressão excessiva para tipo de paciente (adulto, pediátrico e neonatal); Acessórios: 1 unidade de Mangueira uso Adulto, 1 manguito tamanho adulto; 5. Oximetria Visualização da curva pletismográfica; Indicação numérica dos valores de saturação e pulso; Indicação numérica e gráfica do índice de perfusão; Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros de SPO2 e FC (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador; Acessórios: 1 Sensor Permanente tipo Clip uso Adulto. Os sensores devem ser originais do fabricante de cada tecnologia ofertada, ou seja, não serão aceitos sensores "similares" ou "compatíveis"; 6. Pressão Invasiva: 02 (dois) canais de Pressão Invasiva Faixa de Medida 10 a 300 mmHg Resolução: 1 mmHg DEVE ACOMPANHAR O EQUIPAMENTO Todos os acessórios necessários para o seu funcionamento em pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Manual operacional do equipamento em português; Garantia de 1 (um) ano para o equipamento contra defeitos de fabricação; Garantia de 1 (um) ano para os acessórios eletrônicos contra defeitos de fabricação; Todos os acessórios necessários para o seu funcionamento: 01 un Cabo de ECG</p>		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo: 3/2021
 Data do Processo Adm.: 03/03/2021
 Processo de Licitação: 4/2021
 Data do Processo: 26/02/2021

Folha: 8/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			de 5 vias completo 01 un Cabo de conexão para oximetria 01 un Sensor de Oximetria adulto 01 un Mangueira de PNI adulto 01 un Manguito adulto grande; (24-01-0065)		
4	12,00	UN	<p>Ventilador pulmonar microprocessado, ciclado a tempo, volume e fluxo, com monitor gráfico de ventilação LCD colorido, touchscreen, que possa ventilar paciente pediátrico ou adulto.</p> <p>Monitor gráfico de ventilação LCD colorido, touchscreen de pelo menos 10"; ventilador deve possuir sistema de compensação de complacência; compensação de vazamento em todos os modos ventilatórios convencionais, principalmente em VNI (ventilação não invasiva);</p> <p>Deve possuir sistema de auto-teste para detecção de vazamento no circuito respiratório; possuir sensibilidade de disparo a fluxo e/ou pressão, possuir ajuste de ciclagem expiratória, em modo espontâneo; possuir ajuste da rampa inspiratória, em modo pressórico;</p> <p>Liberação de oxigênio a 100% temporizado, com retorno automático para concentração original; possuir blender de O2 eletrônico e interno; O sensor de fluxo deve ser distal interna ao equipamento; Deve operar através de turbina ou alimentação pneumática de ar comprimido e alimentação pneumática de oxigênio e capaz de funcionar com apenas um gás em caso de emergência; Nebulização integrada para o fornecimento de medicamentos inalados, interno ou acoplado ao equipamento; Base móvel com rodízios e freios. Braço articulado; Possuir bateria interna que garanta o funcionamento do ventilador por no mínimo 30 minutos. O ventilador deverá ter capacidade de armazenar no</p>	74.580,0100	894.960,1200

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo:	3/2021
Data do Processo Adm.:	03/03/2021
Processo de Licitação:	4/2021
Data do Processo:	26/02/2021

Folha: 9/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>mínimo, 24h de tendências; apresentar automaticamente os últimos parâmetros ajustados quando o aparelho ligado, após ter sido desligado;</p> <p>Possuir função de suspensão da ventilação após a desconexão e retomada da ventilação automaticamente após a reconexão (função direta ou com seleção da função aspiração);</p> <p>Deverá apresentar os seguintes modos ventilatórios: Ventilação a Volume controlado; Ventilação a Pressão controlada; Pressão controlada com Volume Assegurado/Alvo; Ventilação mandatória intermitente sincronizada (SIMV) com Pressão Controlada e Volume Controlado; Ventilação invasiva com modo bifasico de pressão combinado a modalidade espontânea; Ventilação Espontânea com Pressão de Suporte; Ventilação de Back-up; Ventilação não-invasiva com compensação de fugas; Pressão positiva contínua nas vias aéreas - CPAP;</p> <p>Parâmetros ajustáveis: Frequência Respiratória de 05 a 100 resp/min, no mínimo; Tempo Inspiratório mínimo: 0,25 a 5 segundos, no mínimo; Volume Corrente de 20 ml a 2000ml, no mínimo (corrigidos em BTPS ou modo similar); Fluxo Inspiratório: 2,0 até 100l/min ou automatico, no mínimo; Pressão inspiratória em modo Pressão Controlada de 5 a 80 cmH2O, no mínimo; PEEP/CPAP: 0 a 45 cmH2O; Concentração de Oxigênio: 21 a 100%; Rise time ajustável; Trigger Expiratório de, no mínimo, 10 a 50% do pico de fluxo, ajustável em escala de 5% ou menor; Sensibilidade de disparo por Fluxo;; Relação I:E; possibilidade de realizar manobras de pausa Inspiratória e Expiratória Manual; Sensor de O2 para monitorar a fração inspirada de O2 através de sensor interno.</p> <p>Ajuste de Alarmes de: Pressão nas</p>		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo:	3/2021
Data do Processo Adm.:	03/03/2021
Processo de Licitação:	4/2021
Data do Processo:	26/02/2021

Folha: 10/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>vias aéreas; Volume Minuto alto e baixo; Frequência respiratória; apnéia. Monitorização de: volume corrente e minuto; Pressão de pico; platô, média e PEEP; Frequência respiratória total; Relação I: E; Tempo inspiratório; Concentração ajustada e medida de O₂ inspirado; Complacência estática e/ou dinâmica e Resistência pulmonar; PEEP intrínseca e/ou total; Índice de respiração rápida e superficial; P_{0,1}; NIF. Exibir no mínimo 3 curvas e um loop simultaneamente, e em tempo real; Curvas P_{xT}, F_{xT} e V_{xT}; Loops F_{xV} e P_{xV}. Alarmes/Indicadores: apnéia; desconexão do circuito; alta pressão; Back-up de apnéia; perda de uma das fontes de gases ou as duas; concentração de oxigênio diferente do programado; falha de energia; carga de bateria baixa. Acessórios originais: 100 (cem) filtros expiratórios de uso único; 05 (cinco) circuitos de paciente para uso adulto autoclaváveis; 01 (um) carrinho de suporte para o ventilador com braço articulado para suporte do circuito do paciente; ; 01 (um) pulmão de teste adulto; 01 (uma) válvulas expiratórias completas ou 02 (dois) cassetes caso o equipamento possua tal tecnologia; 01 (uma) células de oxigênio galvânica ou assegurar o funcionamento do sistema de medição paramagnética ou ultrassônica durante todo o período de garantia do equipamento; 01 (uma) Mangueira de Ar Comprimido, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula reguladora (caso necessário); 01 (uma) Mangueira de O₂, comprimento mínimo de 3 metros, com válvula reguladora; Demais acessórios necessários ao perfeito funcionamento do equipamento para</p>		

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDACAO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANAZIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 3/2021 - PE

Processo Administrativo:	3/2021
Data do Processo Adm.:	03/03/2021
Processo de Licitação:	4/2021
Data do Processo:	26/02/2021

Folha: 11/11

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
as configurações solicitadas; (24-01-0062)					
Total Máximo do Lote:					1.193.073,7100
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Máximo Geral:	1.193.073,7100