

ATA PARCIAL

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
16/03/2021 19:24	16/03/2021 19:30	19/03/2021 15:30	22/03/2021 17:00	22/03/2021 17:30

Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
18/03/2021 - 09:56	Esclarecimento	18/03/2021 - 11:24
<p>Interessada em participar do presente processo de aquisição verificamos que no lote de monitores e central consta também o item ventilador pulmonar, de tal forma favorecendo uma empresa, visto que anteriormente já constava uma nomenclatura voltada para empresa Mindray, sendo necessário observar que vários fabricantes e distribuidores de monitores multiparâmetros não trabalham ou fabricam Ventiladores Pulmonares, portanto solicitamos a retirada do item ventilador pulmonar do referido lote.</p> <p>Verificando seu questionamento, não podemos dar seguimento pois desejamos que todos os equipamentos se comuniquem com a HIS do Hospital, com isso não podemos atender seu pleito, contudo, os equipamentos devem ser todos interligados, não podendo um equipamento não ter ligação com o outro. Empresas que atendem – Mindray, Drager, Nihon kohden</p>		
17/03/2021 - 17:46	Esclarecimentos	17/03/2021 - 19:10
<p>Interessados em participar do pregão verificamos que no lote onde consta monitores e central consta também o item ventilador pulmonar, dessa forma acaba favorecendo 1 empresa, visto que anteriormente já constava uma nomenclatura voltada para empresa Mindray, sendo necessário observar que vários portadores de fabricante de monitores multiparâmetros não trabalham ou fabricam Ventiladores Pulmonares, solicitamos a retirada do item ventilador pulmonar do referido lote</p> <p>Verificando seu questionamento, não podemos dar seguimento pois desejamos que todos os equipamentos se comuniquem com a HIS do Hospital, com isso não podemos atender seu pleito, contudo, os equipamentos devem ser todos interligados, não podendo um equipamento não ter ligação com o outro. Empresas que atendem – Mindray, Drager, Nihon kohden</p>		
17/03/2021 - 13:56	esclarecimentos	17/03/2021 - 14:21
<p>Questionamentos: o edital de pregão eletrônico número ** solicita itens de monitor e central de monitoramento, porém, foi feito por item, o que pode ocasionar que cada item poderá ser vencido por empresas diferentes, este fato faz com que os monitores não se comuniquem com a central. Para o perfeito funcionamento os equipamentos precisam ser compatíveis.</p> <p>Não tem como uma marca ganhar a central, outra um item de monitor, uma terceira outro item. Não se comunicará. E o isto não será culpa de uma empresa específica, mas sim porque não se comunicam marcas diferentes</p> <p>Boa tarde! Foi verificado esta situação e o mesmo processo foi republicado por valor global, com isso acreditamos englobar todos os itens no lote que foi criado para o PE 03/2021.</p>		

Lotes Licitados

Lote	Item	Descrição	V. Referência	Qtde	Unidade	Observações
0001	0001	1 (UMA) CENTRAL COM CAPACIDADE DE MONITORAR NO MÍNIMO 12 LEITOS SIMULTÂNEOS SOFTWARE TOTALMENTE EM PORTUGUÊS ADMISSÃO E ALTA DO PACIENTE COM DADOS DEMOGRÁFICOS E FISIOLÓGICOS. CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE CADASTRO E HISTÓRICO DE EVOLUÇÃO, VINCULADOS AO PACIENTE, POSSIBILITANDO TROCA DE LEITO SEM PERDA DE INFORMAÇÕES. PERMITIR A BUSCA E REVISÃO DE DADOS DE ATÉ 20.000 PACIENTES COM ALTA. PERMITIR A REVISÃO DE ATÉ 240 HORAS DE INFORMAÇÕES DE TENDÊNCIAS PARA CADA PACIENTE CONECTADO. FORNECER SAÍDA DE DADOS QUE SATISFAZ AO PROTOCOLO HL7. OFERECER HARDWARE PARA SEU PERFEITO FUNCIONAMENTO (CPU E MONITOR COLORIDO DE NO MÍNIMO 17") E TODOS OS DEMAIS ACESSÓRIOS PARA O PERFEITO FUNCIONAMENTO DA CENTRAL. O SOFTWARE, DO EQUIPAMENTO, DEVE SE COMUNICAR COM O HIS DO HOSPITAL COM A UTILIZAÇÃO DO PROTOCOLO ABERTO HL7 COM LICENÇA LIBERADO PARA PELO MENOS 50 MONITORES DE FORMA SIMULTÂNEA.	46.746,81	1	UN	

0002	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COMPLETO COM PI CAPNOGRAFIA. MONITOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM OS PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI, SPO2, 2 X PRESSÃO INVASIVA; CAPNOGRAFIA. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD), DE PELO MENOS 12", COM OPCIONAL DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN). PELO MENOS 6 (SEIS) CANAIS EM FORMA DE ONDA; DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, ALÉM DE POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS DE ALARMES. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MÉDIA E BAIXA). ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR. ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS).	33.128,39	2 UN
0003	MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COMPLETO COM PI MONITOR PARA USO EM PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COM OS PARÂMETROS DE ECG, RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, PNI, SPO2, 2 X PRESSÃO INVASIVA. TELA DE CRISTAL LÍQUIDO COLORIDA (LCD), DE PELO MENOS 12", COM OPCIONAL DE TELA SENSÍVEL AO TOQUE (TOUCHSCREEN). PELO MENOS 6 (SEIS) CANAIS EM FORMA DE ONDA; DEVE POSSUIR MEMÓRIA DE ARMAZENAMENTO DE TENDÊNCIAS GRÁFICAS E TABULARES PARA, PELO MENOS, 72 (SETENTA E DUAS) HORAS, ALÉM DE POSSUIR MEMÓRIA DE EVENTOS DE ALARMES. DEVE POSSUIR ALARMES AUDIOVISUAIS AJUSTÁVEIS PELO OPERADOR COM 3 NÍVEIS DE PRIORIDADE DE ALARME (ALTA, MÉDIA E BAIXA). ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA OS PARÂMETROS MEDIDOS (LIMITES MÁXIMOS E MÍNIMOS) PROGRAMÁVEIS PELO OPERADOR. ALARMES FUNCIONAIS (SENSOR, BATERIA, FALTA DE ENERGIA ELÉTRICA, ENTRE OUTROS). DEVE POSSUIR MENUS PARA CONFIGURAÇÃO E AJUSTE DE SEUS DIVERSOS PARÂMETROS, NAVEGÁVEIS ATRAVÉS DE UM SELETOR GIRATÓRIO E/OU TELA TOUCH	18.511,00	10 UN
0004	VENTILADOR PULMONAR MICROPROCESSADO, CICLADO A TEMPO, VOLUME E FLUXO, COM MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO, TOUCHSCREEN, QUE POSSA VENTILAR PACIENTE PEDIÁTRICO OU ADULTO. MONITOR GRÁFICO DE VENTILAÇÃO LCD COLORIDO, TOUCHSCREEN DE PELO MENOS 10"; O VENTILADOR DEVE POSSUIR SISTEMA DE COMPENSAÇÃO DE COMPLACÊNCIA; COMPENSAÇÃO DE VAZAMENTO EM TODOS OS MODOS VENTILATÓRIOS CONVENCIONAIS, PRINCIPALMENTE EM VNI (VENTILAÇÃO NÃO INVASIVA); DEVE POSSUIR SISTEMA DE AUTO-TESTE PARA DETECÇÃO DE VAZAMENTO NO CIRCUITO RESPIRATÓRIO; POSSUIR SENSIBILIDADE DE DISPARO A FLUXO E/OU PRESSÃO, POSSUIR AJUSTE DE CICLAGEM EXPIRATÓRIA, EM MODO ESPONTÂNEO; POSSUIR AJUSTE DA RAMP A INSPIRATÓRIA, EM MODO PRESSÓRICO; LIBERAÇÃO DE OXIGÊNIO A 100% TEMPORIZADO, COM RETORNO AUTOMÁTICO PARA CONCENTRAÇÃO ORIGINAL; POSSUIR BLENDER DE O2 ELETRÔNICO E INTERNO; O SENSOR DE FLUXO DEVE SER DISTAL. VÁLVULA EXPIRATÓRIA INTERNA AO EQUIPAMENTO; DEVE OPERAR ATRAVÉS DE TURBINA OU ALIMENTAÇÃO PNEUMÁTICA DE AR COMPRIMIDO	74.580,01	12 UN
VALOR TOTAL ESTIMADO		1.193.073,71	

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/03/2021	ANEXO VI - DO ITEM.pdf
16/03/2021	PE08_21_RETIFICAÇÃO_01.pdf
16/03/2021	PE08_2021_RETIFICAÇÃO01.doc
16/03/2021	PE03_21_ITENS.pdf
16/03/2021	PE03_2021_AVISO.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
16/03/2021 - 19:50	Prezados Licitantes	Devido a inconsistência em dados e por falhas, estamos republicando nosso edital em sua íntegra.
17/03/2021 - 13:56	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 03/2021-	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 03/2021-.
17/03/2021 - 14:29	Prezados Licitantes	Accesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
17/03/2021 - 17:46	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 03/2021-	Gostaríamos de lembrar aos Licitantes que a presente licitação é de 1 Lote com 4 itens dentro do mesmo.
17/03/2021 - 17:46	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 03/2021-	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 03/2021-.
18/03/2021 - 09:56	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 03/2021-	Accesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2021 - 09:56	Pedido de esclarecimento enviado para o processo 03/2021-	Você recebeu um novo pedido de esclarecimento no processo 03/2021-.
18/03/2021 - 11:30	Prezados Licitantes	Accesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
18/03/2021 - 11:30	Prezados Licitantes	Conforme nosso Edital, transcrevo para conhecimento dos Senhores, lembrando que é um lote com 4 itens.
18/03/2021 - 11:30	Prezados Licitantes	6. DA FORMA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS 6.1. A proposta original, com todos os requisitos dispostos neste edital e seus anexos, deverá ser encaminhada, no prazo máximo de 02 (duas) horas úteis, contados a partir da declaração dos vencedores no sistema, ao e-mail: pregão.eletronico@camposnovos.sc.gov.br, aos cuidados do Pregoeiro do Pregão Eletrônico. a. Os proponentes deverão ofertar preços no valor por lote, ficando a empresa desclassificada se não oferecer proposta de preço que não abranja todos os itens do lote, sob pena de desclassificação;
22/03/2021 - 18:15	Negociação aberta para o processo 03/2021-	Você recebeu um novo pedido de negociação no lote 1 do processo 03/2021-.
22/03/2021 - 18:15	Negociação aberta para o processo 03/2021-	Accesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
22/03/2021 - 18:17	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/03/2021 às 20:18.
22/03/2021 - 18:18	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 22/03/2021 às 20:18.
22/03/2021 - 18:18	Agendamento da data limite da fase de negociação	A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 22/03/2021 às 20:18.

Vencedores

Lote	Item	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Valor Total
0001		EQUIPAMENTOS PARA UTI					
	0001	1 (uma) central com capacidade de monitorar no mínimo 12 leitos simultâneos Software totalmente em português Admissão e alta do paciente com dados demográficos e fisiológico. Capacidade de armazenamento de cadastro e histórico de evolução, vinculados ao paciente, possibilitando troca de leito sem perda de informações. Permitir a busca e revisão de dados de até 20.000 pacientes com alta. Permitir a revisão de até 240 horas de informações de tendências para cada paciente conectado. Fornecer saída de dados que satisfaz ao protocolo HL7. Oferecer Hardware para seu perfeito funcionamento (CPU e monitor colorido de no mínimo 17") E todos os demais acessórios para o perfeito funcionamento da central. O software, do equipamento, deve se comunicar com o HIS do hospital com a utilização do protocolo aberto HL7 com licença liberado para pelo menos 50 monitores de forma simultânea.		WI 101	World life		

0002

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COMPLETO COM PI CAPNOGRAFIA. Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, 2 X Pressão Invasiva; Capnografia. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12", com opcional de tela sensível ao toque (touchscreen). Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros).

WI 80

World life

0003

MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COMPLETO COM PI Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, 2 X Pressão Invasiva. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12", com opcional de tela sensível ao toque (touchscreen). Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e/ou tela touch

WI 80

World life

0004	Ventilador pulmonar microprocessado, ciclado a tempo, volume e fluxo, com monitor gráfico de ventilação LCD colorido, touchscreen, que possa ventilar paciente pediátrico ou adulto. Monitor gráfico de ventilação LCD colorido, touchscreen de pelo menos 10"; O ventilador deve possuir sistema de compensação de complacência; compensação de vazamento em todos os modos ventilatórios convencionais, principalmente em VNI (ventilação não invasiva); Deve possuir sistema de auto-teste para detecção de vazamento no circuito respiratório; possuir sensibilidade de disparo a fluxo e/ou pressão, possuir ajuste de ciclagem expiratória, em modo espontâneo; possuir ajuste da rampa inspiratória, em modo pressórico; Liberação de oxigênio a 100% temporizado, com retorno automático para concentração original; possuir blender de O2 eletrônico e interno; O sensor de fluxo deve ser distal. Válvula expiratória interna ao equipamento; Deve operar através de turbina ou alimentação pneumática de ar comprimido	Carmel	KTK
	VENCEDOR	CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	948.800,00

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4° e 5° do art. 26 do decreto 10.024/2019.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

LOTE 0001 - ITEM 0001 - 1 (uma) central com capacidade de monitorar no mínimo 12 leitos simultâneos Software totalmente em português Admissão e alta do paciente com dados demográficos e fisiológico. Capacidade de armazenamento de cadastro e histórico de evolução, vinculados ao paciente, possibilitando troca de leito sem perda de informações. Permitir a busca e revisão de dados de até 20.000 pacientes com alta. Permitir a revisão de até 240 horas de informações de tendências para cada paciente conectado. Fornecer saída de dados que satisfaz ao protocolo HL7. Oferecer Hardware para seu perfeito funcionamento (CPU e monitor colorido de no mínimo 17") E todos os demais acessórios para o perfeito funcionamento da central. O software, do equipamento, deve se comunicar com o HIS do hospital com a utilização do protocolo aberto HL7 com licença liberado para pelo menos 50 monitores de forma simultânea.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.278.789/0001-51	18/03/2021 - 16:12:41	WI 101	World life	1	46.000,00	46.000,00	Sim

Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	19/03/2021 - 10:20:17	VITA	ALFA MED	1	39.900,00	39.900,00	Não
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda.	02.949.582/0001-82	19/03/2021 - 16:33:27	BENEVISION	Mindray/Shenzhen Mindray Bio-Medical Ele	1	46.746,81	46.746,81	Não
R & D Mediq Equipamentos Eserviços Especializados Ltda	01.212.789/0001-07	22/03/2021 - 13:39:28	CENTRAL	RDMEDIQ/RDMEDIQ		46.746,81	46.746,81	Não

LOTE 0001 - ITEM 0002 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COMPLETO COM PI CAPNOGRAFIA. Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, 2 X Pressão Invasiva; Capnografia. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12", com opcional de tela sensível ao toque (touchscreen).

Pelo menos 6 (seis) canais em forma de onda; deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.278.789/0001-51	18/03/2021 - 09:32:06	WI 80	World life	2	35.000,00	70.000,00	Sim
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	19/03/2021 - 10:21:38	VITA i 120	ALFA MED	2	18.511,00	37.022,00	Não
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda.	02.949.582/0001-82	19/03/2021 - 16:34:46	uMEC-12	Mindray/Shenzhen Mindray Bio-Medical Ele	2	33.128,39	66.256,78	Não
R & D Mediq Equipamentos Eserviços Especializados Ltda	01.212.789/0001-07	22/03/2021 - 13:40:20	RD12M	RDMEDIQ/RDMEDIQ		33.128,39	66.256,78	Não

LOTE 0001 - ITEM 0003 - MONITOR MULTIPARAMÉTRICO COMPLETO COM PI Monitor para uso em pacientes adultos, pediátricos e neonatais. Monitor Multiparamétrico com os parâmetros de ECG, Respiração, Temperatura, PNI, SPO2, 2 X Pressão Invasiva. Tela de cristal líquido colorida (LCD), de pelo menos 12", com opcional de tela sensível ao toque (touchscreen). Pelo menos 6 (seis) canais em

forma de onda; Deve possuir memória de armazenamento de tendências gráficas e tabulares para, pelo menos, 72 (setenta e duas) horas, além de possuir memória de eventos de alarmes. Deve possuir alarmes audiovisuais ajustáveis pelo operador com 3 níveis de prioridade de alarme (alta, média e baixa). Alarmes visuais e sonoros para os parâmetros medidos (limites máximos e mínimos) programáveis pelo operador. Alarmes funcionais (sensor, bateria, falta de energia elétrica, entre outros). Deve possuir menus para configuração e ajuste de seus diversos parâmetros, navegáveis através de um seletor giratório e/ou tela touch

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.278.789/0001-51	18/03/2021 - 09:31:42	WI 80	World life	10	22.000,00	220.000,00	Sim
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	19/03/2021 - 10:22:37	VITA i 120	ALFA MED	10	17.900,00	179.000,00	Não
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda.	02.949.582/0001-82	19/03/2021 - 16:36:04	uMEC-12	Mindray/Shenzhen Mindray Bio-Medical Ele	10	18.511,00	185.110,00	Não
R & D Mediq Equipamentos Eserviços Especializados Ltda	01.212.789/0001-07	22/03/2021 - 13:40:53	RD12M	RDMEDIQ/RDMEDIQ		18.511,00	185.110,00	Não

LOTE 0001 - ITEM 0004 - Ventilador pulmonar microprocessado, ciclado a tempo, volume e fluxo, com monitor gráfico de ventilação LCD colorido, touchscreen, que possa ventilar paciente pediátrico ou adulto. Monitor gráfico de ventilação LCD colorido, touchscreen de

pelo menos 10"; O ventilador deve possuir sistema de compensação de complacência; compensação de vazamento em todos os modos ventilatórios convencionais, principalmente em VNI (ventilação não invasiva); Deve possuir sistema de auto-teste para detecção de vazamento no circuito respiratório; possuir sensibilidade de disparo a fluxo e/ou pressão, possuir ajuste de ciclagem expiratória, em modo espontâneo; possuir ajuste da rampa inspiratória, em modo pressórico; Liberação de oxigênio a 100% temporizado, com retorno automático para concentração original; possuir blender de O2 eletrônico e interno; O sensor de fluxo deve ser distal. Válvula expiratória interna ao equipamento; Deve operar através de turbina ou alimentação pneumática de ar comprimido

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.278.789/0001-51	18/03/2021 - 09:33:44	Carmel	KTK	12	85.000,00	1.020.000,00	Sim
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda.	02.949.582/0001-82	19/03/2021 - 16:37:11	SV-300	Mindray/Shenzhen Mindray Bio-Medical Ele	12	74.580,01	894.960,12	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Leistung Equipamentos Ltda	04.187.384/0001-54	060 dias
MCA COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA HOSPITALAR LTDA-EPP	15.229.902/0001-71	60 dias
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	14.278.789/0001-51	60 dias
Alfa Med Sistemas Médicos Ltda	11.405.384/0001-49	60 dias
R & D Mediq Equipamentos Eserviços Especializados Ltda	01.212.789/0001-07	60 dias
Medicalway Equipamentos Médicos Ltda.	02.949.582/0001-82	60 dias

Lances Enviados

0001 - EQUIPAMENTOS PARA UTI

Data	Valor	CNPJ
18/03/2021 - 16:12:41	1.356.000,00 (proposta)	14.278.789/0001-51
19/03/2021 - 16:33:27	1.193.073,71 (proposta)	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:40:52	1.190.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:42:25	1.185.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:43:26	1.160.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:44:20	1.155.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:45:00	1.153.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:45:46	1.152.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:46:09	1.151.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:47:23	1.149.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:48:03	1.148.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:48:42	1.147.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:49:02	1.143.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:49:31	1.142.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:49:51	1.140.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:50:15	1.139.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:51:03	1.135.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:51:22	1.134.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:52:01	1.133.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:52:34	1.132.500,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:52:48	1.131.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:54:10	1.130.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:54:27	1.100.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:55:50	1.099.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:56:12	1.098.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:56:40	1.097.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:56:51	1.095.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:57:21	1.094.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:57:34	1.092.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:57:58	1.090.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:58:05	1.091.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 17:58:21	1.089.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:58:47	1.087.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 17:59:23	1.088.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 18:00:19	1.000.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 18:00:50	999.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:01:42	997.000,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:02:41	995.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 18:02:52	994.900,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:03:19	994.890,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:03:50	994.850,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:04:21	994.500,00	02.949.582/0001-82

22/03/2021 - 18:04:36	994.490,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:05:25	989.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 18:05:47	988.900,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:07:17	980.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 18:07:44	979.900,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:08:14	970.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 18:08:30	969.900,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:09:38	950.000,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 18:09:51	949.900,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:10:57	949.700,00	14.278.789/0001-51
22/03/2021 - 18:12:34	948.900,00	02.949.582/0001-82
22/03/2021 - 18:12:52	948.800,00	14.278.789/0001-51

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:35	Carlos Eduardo Maia	32.635.366-5	Carlos Eduardo Maia Equipamentos	01/06/2010	-	RG
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:36	Carlos Eduardo Maia	293276599/13	-	-	-	CPF
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:37	Carlos Eduardo Maia	14.278.789/0001-51	Carlos Eduardo Maia Equipamentos	10/03/2021	-	CNPJ
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:38	Carlos Eduardo Maia	7 448658	Carlos Eduardo Maia Equipamentos	10/03/2021	-	Certidão Negativa de Falência ou Concordata
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:40	Carlos Eduardo Maia	28845954	Carlos Eduardo Maia Equipamentos	10/03/2021	10/04/2021	Certidão Negativa de Débitos Estaduais
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:41	Carlos Eduardo Maia	2021022702092077978320	Carlos Eduardo Maia Equipamentos	27/02/2021	28/03/2021	Certificado de Regularidade junto ao FGTS
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:42	Carlos Eduardo Maia	8343602/2021	Carlos Eduardo Maia Equipamentos	10/03/2021	05/09/2021	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:51	Carlos Eduardo Maia	-	-	14/01/2020	-	Contrato Social
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:52	Carlos Eduardo Maia	-	Carlos Eduardo Maia Equipamentos	18/03/2021	-	Atestado de Capacidade Técnica
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:54	Carlos Eduardo Maia	-	Carlos Eduardo Maia Equipamentos	03/03/2021	03/08/2021	Certidão Negativa de Débitos Municipais
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:56	Carlos Eduardo Maia	-	Carlos Eduardo Maia Equipamentos	10/03/2021	10/04/2021	Certidão Negativa de Débito relativo a Tributos
CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR	18/03/2021 - 09:57	Carlos Eduardo Maia	-	Carlos Eduardo Maia Equipamentos	10/03/2021	10/08/2021	Certidão Negativa de Dívida Ativa da União

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões

Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
--	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
16/03/2021 - 19:24	Sistema	Conforme Art. 4º-G da Lei 13.979/2020, nos casos de licitação na modalidade pregão, eletrônico ou presencial, cujo objeto seja a aquisição de bens, serviços e insumos necessários ao enfrentamento da emergência de que trata esta Lei, (cont.)
16/03/2021 - 19:24	Sistema	os prazos dos procedimentos licitatórios serão reduzidos pela metade. Parágrafo 1º Quando o prazo original de que trata o caput for número ímpar, este será arredondado para o número inteiro antecedente.
22/03/2021 - 17:30:11	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/03/2021 - 17:31:07	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/03/2021 - 17:31:07	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
22/03/2021 - 17:31:07	Sistema	O processo utiliza o intervalo de lances de R\$ 10,00. Se o lance for inferior ao limite mínimo, ele será desconsiderado.
22/03/2021 - 17:31:07	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/03/2021 - 17:31:31	Pregoeiro	boa
22/03/2021 - 17:31:34	Sistema	O lote 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/03/2021 - 17:31:34	Sistema	O lote 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/03/2021 - 17:34:21	Pregoeiro	Boa tarde! Iniciamos a disputa deste item.
22/03/2021 - 17:44:15	Pregoeiro	Preciso de um desconto de respeito ao lote senhores!!!!
22/03/2021 - 17:55:30	Pregoeiro	Senhores mais um lance
22/03/2021 - 17:55:38	Pregoeiro	??
22/03/2021 - 17:56:42	Pregoeiro	Senhores mais um lance.
22/03/2021 - 17:58:12	Pregoeiro	Mais um lance senhores
22/03/2021 - 17:59:09	Pregoeiro	Lembrando que tem empresa beneficiada pela LC123/2006
22/03/2021 - 17:59:22	Pregoeiro	verifiquem os lances
22/03/2021 - 18:14:52	Sistema	O lote 0001 foi encerrado.
22/03/2021 - 18:15:25	Sistema	O lote 0001 teve como arrematante CARLOS EDUARDO MAIA EQUIPAMENTOS MEDICO HOSPITALAR - ME com valor de R\$ 948.800,00.
22/03/2021 - 18:15:25	Sistema	Iniciada a fase de negociação conforme decreto 10.024/2019, art. 38.
22/03/2021 - 18:17:18	Pregoeiro	Vou abrir o prazo para negociação, onde solicito o envio de toda documentação, atestado de Capacidade Técnica, documentação comprobatória dos equipamentos com Registro na Anvisa
22/03/2021 - 18:17:32	Sistema	A data limite para negociação foi definida pelo pregoeiro para 22/03/2021 às 20:18.
22/03/2021 - 18:18:16	Sistema	A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 22/03/2021 às 20:18.
22/03/2021 - 18:18:16	Sistema	Motivo: Conforme solicitação requerendo a documentação para analise
22/03/2021 - 18:18:19	Sistema	A data limite para negociação foi re-definida pelo pregoeiro para 22/03/2021 às 20:18.
22/03/2021 - 18:18:19	Sistema	Motivo: Conforme solicitação requerendo a documentação para analise
22/03/2021 - 18:34:44	Pregoeiro	Senhores. Alguma duvida?
22/03/2021 - 18:35:05	Pregoeiro	Lembrando que nosso horario de expediente é ate as 19hs
22/03/2021 - 18:48:34	Pregoeiro	O prazo para envio de toda a documentação esta mantido. Aguardamos, por consequência reabriremos nossa sessão dia 23/03 às 13:30hs.
22/03/2021 - 18:56:06	Pregoeiro	Retornamos amanhã 23/03/2021 às 13:30.

PATRICK CARLO REDANTE

Pregoeiro(a)

DARI ORESTES SCARABOTTO

Autoridade Competente

ANA PAULA DOS SANTOS

Apoio

CLARICE APARECIDA FAGUNDES

Apoio

SEBASTIÃO FAGUNDES JUNIOR

Apoio