

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 21/2021
 Data do Processo Adm.: 01/09/2021
 Processo de Licitação: 23/2021
 Data do Processo: 01/09/2021

Folha: 1/6

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
1	2,000	UN	CADEIRA DE RODAS ADULTO/OBESO "Cadeira tipo funcionamento manual; "Tipo construtivo dobrável; "Material estrutura aço ou alumínio; "Acabamento estrutura pintura epóxi; "Tipo uso locomoção; "Tamanho adulto; "Indicada para usuários de até 150Kg "Tipo encosto encosto fixo; " Acabamento do encosto e assento em courvin ou napa; "Tipo de pneus: o Pneus dianteiros giratórios maciços 6'; o Tipo pneu traseiro traseiro fixo 24' maciços; "Freio bilaterais; "Apoio pés apoio pés rebatível lateralmente; "Garantia de no mínimo 01 ano; "O equipamento deve possuir registro na ANVISA. (20-01-0004)	_____	2.413,3300	4.826,6600
2	3,000	UN	CAMA DE PARTO PPP, " Chassi estruturado em aço carbono ou inoxidável; " Com movimentos de elevação com comando hidráulica ou elétrico (220v/Bivolt), Trendelenburg, Dorso e Proclive. " Material do Estrado em aço carbono ou inoxidável. " Suporte para líquidos (bolsas). "Suporte para soro na cama. " Porta-coxa, apoio de mão e arco de esforço, acoplados no leito para auxílio à parturiente. " Leito articulado em secções com estrutura de aço carbono ou inoxidável. " Apoio de pés incorporado ao equipamento, retrátil de forma manual ou eletrônica permitindo mudança para configuração parto de forma rápida e segura. " Deve mudar de pré-parto para parto sem partes estruturais grandes removíveis que possam de alguma forma atrapalhar a movimentação em volta da cama. " Composta de no máximo 4 rodas de 6" com sistema de freio independente nas 4 rodas ou central de fácil acesso; " Grades laterais com sistema rotativo ou retrátil, permitindo que fiquem acima e abaixo do leito. " Suporte para bacia em aço inoxidável localizada sob a peseira, para coleta de resíduos. " Apoio de Coxa removível ou	_____	18.500,0000	55.500,0000

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 21/2021
 Data do Processo Adm.: 01/09/2021
 Processo de Licitação: 23/2021
 Data do Processo: 01/09/2021

Folha: 2/6

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
3	20,000	UN	<p>retrátil. " Elevação com variação de 18 cm aproximadamente; " Medidas do leito de aproximadamente 2m x 0,90m; " Chassi, estrado e leito construídos em aço carbono ou inoxidável. " Deve acompanhar colchão com revestido em courvin de fácil higienização adequado para todas movimentações da cama; " Capacidade de trabalho até 200kg; " Garantia de no mínimo 01 ano; " O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; " O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração. " O equipamento deve possuir registro na ANVISA. (24-01-0108)</p> <p>CAMA HOSPITALAR ELETRÔNICA PARA MATERNIDADE "Movimentos por controle remoto: Fowler de pernas, Fowler de dorso, Trendelenburg, Proclive e elevação do leito. "Com acionamento de motores elétricos bivolt através de comandos de controle remoto com fio. "Ajuste com variação de elevação de 20cm; "Medidas mínimas útil do leito de aproximadamente 1,93m x 0,85m; "Chassi e estrado construídos em tubos de aço com chapas de espessura mínima de ¼". "Leito articulado em quatro secções, com estrutura em aço e base constituída de bandejas em ABS injetado de alto impacto ou outro material radiotransparente; Com sistema retrátil de abertura do dorso da cama. "Com estrutura com tratamento químico anti-ferrugem e acabamento com pintura eletrostática a pó; "Cabeceira e Peseira: em plástico polietileno injetado de alto impacto, removível e com sistema de trava em ABS; "Com quatro grades laterais com sistema retrátil dotado de amortecedor para suavizar movimento de descida; "Suporte para soro; "Rodas de no mínimo 4" de diâmetro em termoplástico para movimentação com baixo ruído. "Com protetores de paredes nos cantos. "Com sistema de freio nas 4 rodas; "Deve acompanhar colchão com dureza aproximada de D28, com revestido em</p>	-----	9.970,3400	199.406,8000

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 21/2021
 Data do Processo Adm.: 01/09/2021
 Processo de Licitação: 23/2021
 Data do Processo: 01/09/2021

Folha: 3/6

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
4	5,000	UN	<p>tecido impermeável, antifúngico e antibacteriano; "Capacidade de carga máxima de no mínimo 250kg; "Garantia de no mínimo 01 ano; "O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; "O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração. "O equipamento deve possuir registro na ANVISA. (24-01-0109)</p> <p>CAMA HOSPITALAR ELETRÔNICA PARA RECUPERAÇÃO "Movimentos através de controle digital localizados nas grades laterais e na peseira: Fowler (Dorso, Pernas e Simultâneo), semi-fowler, cadeira cardíaca, vascular Elevação, Poltrona (com único toque), Trendelenburg e CRP (acionado por 1 toque). "Indicador analógico do ângulo do dorso. "Função de Luz noturna e chamada de emergência. "Ajuste com variação de elevação de no mínimo 35cm; "Medidas úteis do leito de aproximadamente 1,95m x 0,82m; "Estrutura: em aço carbono com chapas de no mínimo ¼" de espessura. "Estrado construídos em de aço carbono ou inoxidável com chapas de no mínimo 3mm de espessura e reforço estrutural para suportar carga de trabalho mínima de 250kg. "Com suporte para bolsa de líquidos, ganchos para dreno e encaixes para suporte de soro nos quatro cantos. "Leito articulado em quatro secções, com estrutura de aço carbono ou inoxidável. Com bandejas removíveis constituídas de material plástico ABS de alto impacto. Composto de sistema de afastamento do dorso para evitar compressão da coluna do paciente. "Com estrutura com tratamento químico anti-ferrugem e acabamento com pintura eletrostática a pó; "Cabeceira e Peseira em plástico polietileno injetado de alto impacto, removível com sistema de trava em ABS; "Com quatro grades laterais com sistema de travamento retrátil, amortecedores para evitar impactos; "Rodas de aproximadamente 6" de diâmetro em termoplástico para</p>	-----	18.105,0000	90.525,0000

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 21/2021
 Data do Processo Adm.: 01/09/2021
 Processo de Licitação: 23/2021
 Data do Processo: 01/09/2021

Folha: 4/6

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			movimentação com baixo ruído. "Suporte de soro: em aço inox com regulagem de altura; "Com sistema de freio central, de fácil acesso, localizados em ambos os lados; "Deve acompanhar colchão com dureza aproximada de D28 em espuma de poliuretano com revestimento antibacteriano, antifúngico, antichamas e isento de látex; "Garantia de no mínimo 01 ano; "O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; "O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração. "O equipamento deve possuir registro na ANVISA. (24-01-0110)			
5	2,000	UN	CARRO MACA DE TRANSPORTE "Material aço inoxidável, acabamento da superfície esmaltado; "Rodas de 6", em material termoplástico de alta resistência; "Freios independentes nas 4 rodas; "Quinta roda para facilitar a movimentação; "Grades laterais em aço Inox escamoteáveis ou empilhável com engate rápido. "Movimento de elevação hidráulico; "Dimensões aproximadas: Comprimento até 2,00 m, largura cerca de 0,65 m, altura máxima de cerca de 0,95 m; "Capacidade máxima de carga de no mínimo até 250 kg; "Suporte para soro em aço inox com 02 ganchos; "Leito em Material 100% Rádio transparente; "Garantia de no mínimo 01 ano; "O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; "O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração. "O equipamento deve possuir registro na ANVISA. (24-01-0102)	_____	22.000,0000	44.000,0000
6	1,000	UN	FOCO CIRÚRGICO DE TETO, Foco cirúrgico de teto com tecnologia LED, para todos os tipos procedimentos cirúrgicos. O equipamento deve possuir duas cúpulas com intensidade luminosa máxima de 160.000 Lux cada, com variação de intensidade luminosa mínima de 50.000 Lux máxima 160.000 Lux; com sistema eletrônico de controle no próprio braço.	_____	55.800,0000	55.800,0000

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 21/2021
Data do Processo Adm.: 01/09/2021
Processo de Licitação: 23/2021
Data do Processo: 01/09/2021

Folha: 5/6

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
			<p>As cúpulas devem ser alumínio confeccionada com material que comprovadamente ajude na dissipação do calor. Deve possuir o modo endoscopia para uso com baixa luminosidade, mínima de <500 Lux. Com o objetivo de aumentar a vida útil dos componentes o foco cirúrgico deve possuir ajustes de diâmetro de campo iluminado eletrônico, com manutenção da iluminação central constante, não deve haver movimentação mecânica, articulações e ou peças móveis para esta finalidade; Deve possuir profundidade de Campo mínima de: 64cm. Deve possuir Índice restituição das cores de no mínimo (RA): 95; e possuir temperatura de cor mínima de aproximadamente 4.200°K. Para melhor atender o posicionamento em sala cirúrgica o equipamento deve possuir giro livre do braço da cúpula em relação ao braço de mola; giro livre do braço de mola em relação a estrutura e o giro livre de toda estrutura. O conjunto de LEDs deve possuir vida útil de no mínimo 60.000 horas, comprovados. O Foco cirúrgico deve possuir as seguintes certificações de qualidade e registros: ABNT NBR IEC 60601-1:2010 + Emenda 1: 2012, ABNT NBR IEC 60601-1-2:2010, ABNT NBR IEC 60601-1-6:2011, ABNT NBR IEC 60601-2-41:2012 + Errata 1:2013 e registro na ANVISA. O design do Foco cirúrgico deve contribuir para não alterar o fluxo laminar do teto ventilado. Deve acompanhar o equipamento os seguintes acessórios: 3 manoplas de manuseio de fácil remoção e higienização, reutilizáveis. Manual de instrução em português. Deve Possuir registro da ANVISA. A instalação do produto é de total responsabilidade do fornecedor, assim também como também avaliação técnica prévia do local. Deverá ser disponibilizado treinamento operacional com os usuários do produto conforme solicitação do setor. Treinamento técnico, com profissionais da engenharia do hospital, com nível de informação para intervenções de baixa e média complexidade, e para rotinas de manutenção preventiva. (24-01-0107)</p>			

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 541-0700
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - Campos Novos - SC

Processo Administrativo: 21/2021
 Data do Processo Adm.: 01/09/2021
 Processo de Licitação: 23/2021
 Data do Processo: 01/09/2021

Folha: 6/6

ANEXO VI
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unit. Máximo	Total Preço Máximo
7	2,000	UN	FOCO CIRURGICO MÓVEL, " Tipo de fonte de luz em LED de no mínimo 130.000 LUX; "Deve possuir sistema de emergência com Bateria; "Braços articulados; "Possuir manoplas autoclavável; "Para uma melhor ergonomia os comandos de ajuste de intensidade luminosa devem ser integrados ou preso ao braço mais próximo da cúpula; "Vida útil dos Leds de 50.000 horas ou superior; "Cúpula com estrutura em alumínio para melhor dissipação de calor durabilidade. "Índice de reprodução de cores de no mínimo RA 95; "Temperatura de cor entre 4100 e 4600K; "Tipo de Alimentação: 220V ou Bivolt; "Garantia de no mínimo 01 ano; "O licitante deve fornecer junto ao equipamento 02 (duas) manoplas autoclaváveis sobressalentes; "O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; "O licitante deve fornecer treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração. "O equipamento deve possuir registro na ANVISA. (24-01-0100)	-----	42.980,0000	85.960,0000
8	10,000	UN	VACUÔMETRO, Frasco coletor em policarbonato resistente à quedas, capacidade de 400 ml a 500 ml, tampa em polipropileno e nylon, escala do vacuômetro: 0 a 76 cm hg (externa) 0 a 30 pol.hg (interna), conexões conforme especificação das normas ABNT; Boia antitransbordamento em polipropileno. (24-01-0105)	-----	159,5000	1.595,0000

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Máximo Geral:

537.613,4600