



**Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio**  
**Rua Nereu Ramos, 379**  
**CNPJ: 83.156.455/0001-28**  
**CAMPOS NOVOS – S/C**  
**Fone: 049 3541 0700**

## **EDITAL DE PREGÃO N ° 05/2010** **RETIFICAÇÃO DE ITEM**

**O ITEM N ° 26** do edital PREGÃO 05/2010 passará a ter a seguinte redação:

MESA CONJUGADA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPÉDICOS (CIRURGIA UNILATERAL E BILATERAL DO QUADRIL, INTRODUÇÃO DE PRGO FEMURAL E TIBIAL. CIRURGIA DE BRAÇO E ANTEBRAÇO E ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL). E UTILIZAÇÃO EM PROCEDIMENTOS COM INTENSIFICADOR DE IMAGEM. BASE EM AÇO 1020 REVESTIDA COM CHAPA DE AÇO INOXIDAVEL DE NO MINIMO 1,2MM, APOIADA SOBRE 04 RODAS GIRATÓRIAS PARA MOVIMENTAÇÃO. COLUNA EM AÇO 1010/20, QUADRADA, REVESTIDA EM AÇO INOXIDÁVEL DE NO MINIMO 1.2 MM. LEITO: EM TAMPO DE MATERIAL TRANSPARENTE, ALTAMENTE RESISTENTE, QUE PERMITA UTILIZAÇÃO DE INTENSIFICADOR DE IMAGENS RÉGUAS PARALELAS E ACESSÓRIOS FABRICADOS EM AÇO INOXIDÁVEL 304 DE NO MINIMO 19X9,5MM, SUPORTE DE BUCK, COM 5 SEÇÕES. MOVIMENTOS DE ELEVAÇÃO E DESCIDA ACIONADOS POR COMANDOS ELÉTRICOS - 220 V. MOVIMENTOS DO LEITO: MOVIMENTOS ELÉTRICOS ATRAVÉS DE CONTROLES A CABO. MOVIMENTOS ELÉTRICOS : ELEVAÇÃO RENAL, MOVIMENTOS DE LATERAL DIREITA , LATERAL ESQUERDA, TRENDELEMBURG, , DORSO, PROCLIVI: . MOVIMENTOS, MANUAL DE CABEÇEIRA , E MOVIMENTO DE PERNEIRA. ABDUÇÃO COM DISPOSITIVO, AUXILIADOS POR RODIZIOS COLOCADOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS. CORREDIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL. TRAÇÃO: MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES COM SISTEMA DE CORREDIÇAS. FIXAÇÃO DOS PÉS ATRAVÉS DE SAPATAS COM MOVIMENTOS LATERAIS, DORSAL E PLANTAR. SISTEMA DE FREIO ATRAVÉS DE PEDAL DE TRAVA E DESTRAVA. COM OS SEGUINTESS ASSESSÓRIOS: 01 CJ DE COLCHONETES DE ESPUMA POLIURETANO, 01 PAR DE OMBREIRAS, 01 PAR DE PORTA COXAS, REVESTIDO EM POLIURETANO, 01 SUPORTE PARA LATERAL, 01 ARCO DE NARCOSE, 01 APARELHO DE TRAÇÃO PARA OSTEOSINTESE INTRAMEDULAR DE TIBIA, 01 APARELHO PARA TRAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E DECUBIDO LATERAL, 01 EXTENSOR DE TAMPO PARA MEMBROS INFERIORES, 01 PAR DE SUPORTE DE BRAÇO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO DE NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, E MANUAL DE INSTRUÇÕES

Campos Novos, 23 de abril de 2010

**MARLIESE DA CASS MECABÔ**  
**ADMINISTRADORA**