

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANASIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 49 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 5/2010 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

10/2010

Data do Processo:

15/04/2010

Folha: 1/7

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	2,00	UN	CAMA DE RECUPERAÇÃO FOWLER MANUAL, LARGURA MINIMA 68 CM, BASE RETA, RECÚADA, LEITO EM CHAPA DE AÇO, GRADES LATERAIS EM AÇO INOXIDAVEL, DOTADA DE COMANDOS MANUAIS, ATRAVES DE 02 MANIVELAS RETRATEIS CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDAVEL COM ACABAMENTO POLIDO, PORPORCIONANDO OS MOVIMENTOS FOWLER, SEMI-FOWLER. COM GRADES LATERAIS ESCAMUTEAVEIS, CONFECCIONADA EM AÇO INOXIDAVEL, DISPENSANDO CABECEIRA E PESEIRA EM FIBRA DE VIDRO, PERMITINDO LIVRE ACESSO AO PACIENTE POR TODAS AS EXTREMIDADES DO LEITO. LEITO DOTADO DE SISTEMAS DE CREMALHEIRAS, OS QUAIS POSSIBILITAM REGULAR MANUALMETE OS POSICIONAMENTOS DO DORÇO E PERNAS. ESTRUTURA COM LONGARINASDE AÇO EM "U", LEITO CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA À PÓ. COM 04 RODIZIOS DE 5" NO MINIMO , SENDO 02 COM FREIOS NAS DIAGONAIS. DIMENSÕES MINIMAS: COMPRIMENTO: 2000MM, LARGURA 680MM			
2	20,00	UN	CAMA FOWLER DOTADA DE COMANDOS MANUAIS ATRAVÉS DE 02 MANIVELAS RETRATEIS, CONFECCIONADAS EM AÇO INOXIDAVEL, COM ACABAMENTO POLIDO, LOCALIZADAS JUNTO A PESEIRA, DEVEM PROPORCIONAR OS MOVIMENTOS FOWLER E SEMI-FOWLER. LEITO DOTADO DE SISTEMA DE CREMALHEIRAS, OS QUAIS POSSIBILITAM REGULAR MANUALMENTE OS POSICIONAMENTOS DE DORÇO E PERNAS, CABECEIRA E PESEIRA FIXAS, CONFECCIONADA EM TUBOS DE AÇO COM PINTURA EPOXI. ESTRUTURA COM LONGARINAS DE AÇO EM "U", LEITO CONFECCIONADA EM CHAPA DE AÇO ESTRUTURADO. ACABAMENTO EM PINTURA EPÓXI. DEVERÁ POSSUIR 04 RODIZIOS DE 3" NO MINIMO, SENDO 02 COM FREIOS NAS DIAGONAIS. DIMENSÕES MINIMAS (DO LEITO): C: 2,00M X L: 0,78M. DOTADA DE UM PAR DE GRADES LATERAIS DESLIZANTES, COM PINTURA EM EPÓXI E TUBOS DE AÇO INOXIDAVEL.			

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 49 541-0700
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 10/2010
 Data do Processo: 15/04/2010

Folha: 2/7

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
3	3,00	UN	<p>MONITOR MULTIPARAMETROS ECG, PRESSÃO NÃO INVASIVA (PNI), OXIMETRIA (SPO2), RESPIRAÇÃO, TEMPERATURA, COM MÓDULOS INTERNOS (PRÉ-CONFIGURADOS); SELECIONAVEL PARA PACIENTES ADULTOS, PEDIÁTRICOS E NEONATOS; TELA DE CRISTAL LIQUIDO COLORIDA DE MATRIZ ATIVA DE NO MINIMO 8.4", COM RESOLUÇÃO MINIMA DE 800 X 600, INCORPORADO AO EQUIPAMENTO; ALARMES VISUAIS E SONOROS PARA TODOS OS PARAMETROS MONITORADOS, INCLUINDO SISTEMA DE ALERTA DO SISTEMA; DEVERÁ ARMAZENAR DADOS DE TENDENCIA NO MINIMO POR 100 HORAS; POSSUIR KNOB ROTATIVO PARA ACESSO RAPIDO AOS MENUS DE CONFIGURAÇÃO; POSSUIR ALÇA PARA TRANSPORTE COM FORMATO Q POSSIBILITE COLOCAÇÃO NA ESTRUTURA DO LEITO; BATERIA INTERNA EM LI-ION (ION-LITIO), COM AUTNOMIA MINIMA DE 3 HORAS; TENDENCIAS TABULARES E GRAFICAS PARA ATÉ 100 HORAS, PARA TODOS OS PARAMETROS; SELEÇÃO AUTOMATICA DA ALIMENTAÇÃO DA REDE ELÉTRICA (100 A 240 V AC, 60 HZ), COM FONTE DE ALIMENTAÇÃO INCORPORADA AO EQUIPAMENTO; SISTEMA DE VENTILAÇÃO FORÇADA DO CIRCUITO ELETRONICO PARA EVITAR AQUECIMENTO EXCESSIVO; DETECTOR DE MARCA PASSO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA DE CARDIOVERSOR E INTERFERENCIA DE ELETROBISTURI; DEVE POSSIBILITAR APRESENTAÇÃO DE NO MINIMO 4 TRAÇADOS SIMULTANEOS NA TELA, PESO MAXIMO DO MONITOR COM BATERIA INCLUIDA DE 4,5 KG. DEVE POSSUIR AS SEGUINTE MEDIDAS PARA OS PARAMETROS: TRAÇADO DE ECG (3 VIAS OU 5 VIAS) COM FREQUENCIA CARDÍACA; FREQUENCIA CARDIACA DE MENOR OU IGUAL A 15 BPM A MAIOR OU IGUAL A 350 BPM, COM ERRO DE MIAS OU MENOS 1% OU MENOR; GANHO DO SINAL DE ECG DE NO MINIMO X 0,25, X0,5, X1 E X2, RESPIRAÇÃO; IMPEDANCIA PNEUMOGRAFICA FREQUENCIA RESPIRATORIA: MENOR OU IGUAL A 6 RESPIRAÇÃO POR MINUTO ATÉ MAIOR OU IGUAL A 150 RESPIRAÇÃO POR MINUTO, COM ERRO DE MAIS OU MENOS 2% OU MENOR; OXIMETRIA SPO2 E PULSO; SPO2 DE 70 A 100% COM ERRO MAXIMO DE + OU -2%; PULSO DE MENOR OU IGUAL A 30 BPM ATÉ MAIOR OU IGUAL A 235 BPM; TECNOLOGIA Q PERMITA A LEITURA EM PACIENTES COM BAIXA PERFUSÃO E PACIENTES INQUIETOS; (TRUTRAK), (BLU-PRO), MASIMO-SET) OU (OXIMAXI) TEMPERATURA: UM CANAL DE TEMPERATURA; LEITURA DE MENOR OU IGUAL A 0°C ATÉ MAIOR OU IGUAL A 50°C, COM ERRO MAXIMO DE MIAS OU MENOS 0,1°C; PRESSÃO NÃO INVASIVA; PRESSÃO DE MENOR OU IGUAL A 10MM HG ATÉ MAIOR OU IGUAL A 255MM HG; ACIONAMENTO MANUAL E AUTOMATICO COM SELEÇÃO DE 1 MINUTO A QUATRO HORAS DE INTERVALO; PRINCÍPIO: OSCILOMETRIA; DEVEM ACOMPANHAR OS SEGUINTE ASSESSORIOS: 01 MANGUITO NIBP, 01 EXTENSÃO NIBP, 01 SENSOR OXIMETRIA TIPO CLIP PERMANENTE, 01 EXTENSOR OXIMETRIA, 01 SENSOR DE TEMPERATURA, 01 CABO ECG 05 VIAS, COMPLETO, 01 BATERIA + 01 CABO 2P+T, MANUAL DE OPERAÇÕES</p>			
4	1,00	UN	<p>OXIMETRO DE PULSO DE MESA PARA MEDIÇÃO DE SPO2 E PULSO CARDIACO PARA USO ADULTO E PEDIÁTRICO; MEDIÇÃO DE SPO2, FAIXA DE MEDIÇÃO MINIMA DE 70 E 99% DE SPO2, PRECISÃO PARA MEDIÇÃO ENTRE 70 E 99%: MAXIMO + - 3% MEDIÇÃO DE BATIMENTO CARDIACO MEDIÇÃO DE 30 A 250 BPM PRECISÃO DE + - 3 BPM, ALARMES: SENDOR SOLTO, ALIMENTÇÃO ELÉTRICA E PILHA; ASSESSÓRIOS: 01 SENSOR DE SPO2REUTILIZÁVEL, TIPO CLIP, 04 PILHAS RECARREGAVEIS, E CARREGADOR DE PILHA OU BATERIA (REDE DE 220V/60HZ) PARA FUNCIONAMENTO DO EQUIPAMENTO.</p>			

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 49 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:
Processo de Licitação: 10/2010
Data do Processo: 15/04/2010

Folha: 3/7

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	1,00	UN	SONAR PARA BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS, MODELO DE MESA, TAMANHO MINIMO: 95X200X210MM. COM FRASCO PARA ACONDICIONAMENTO DE GEL DE CONTATO. AUSCULTA CARDIO-FETAL A PARTIR DA 10ª SEMANA. ALTA SENSIBILIDADE PARA AUSCULTA COLETIVA. LIGA/DESLIGA COM REGULAGEM DE VOLUME, REGULAGEM DE TONALIDADE ATRAVÉS DE TECLA DE MEMBRANA. FREQUENCIA APROX. DE 2,2 MHZ. CICLAGEM APROX. DE 6.000 A 60.000, SAIDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SONS, COM FONE DE OUVIDO PARA AUSCULTA INDIVIDUAL. FILTRO MINIMIZADOR DE INTERFERENCIA DURANTE A UTILIZAÇÃO. AUSCULTA DE BATIMENTOS CARDIACOS FETAIS POR MÉTODOS DE ULTRA-SOM. GABINETE CONFECCIONADO EM POLIÉSTER. SUPORTE PARA ALOJAMENTO DO TRANSDUTOR, FIXADO NA LATERAL DO GABINETE. GARANTIA DE 01 ANO. VOLTAGEM 220 V.			
6	1,00	UN	ROUPEIRO EM MDF BP BRANCO FROST 18 MILIMETROS NA EXPRESSURA E PORTAS, 04 PRATELEIRAS E CINCO 05 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15 MILIMETROS, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6 MM, MEDINDO: 0,85 MT DE LARGURA, 2,10 MT DE ALTURA, PROFUNDIDADE 0,45 M, COM PÉ CONFECCIONADO EM ALUMINIO ANODIZADO, TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 DE ESPESSURA (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 07 DO EDITAL), COM DUAS PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUIROS CROMADO E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.			
7	1,00	UN	ROUPEIRO EM MDF BP BRANCO FROST 18 MM NA ESTRUTURA E PORTAS, 04 PRATELEIRAS E CINCO VÃOS EM MDF BP FROST BRANCO 15 MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 06 MM, LARGURA 0,98MT, ALTURA 2,71 MT, PROFUNDIDADE 0,45 MT COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA (CONFORME ANEXO Nº 07 DO EDITAL), COM 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96 MM ENTRE FUIROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA			
8	3,00	UN	ROUPEIROS EM MDF BP BRANCO FROST 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS, 04 PRATELEIRAS E 05 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA 1,10 MT, ALTURA 2,71 MT, PROFUNDIDADE 0,45MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,12MT DE ESPESSURA (CONFORME FIGURA NO ANEXO Nº 07 DO EDITAL), COM DUAS PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUIROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.			
9	2,00	UN	ROUPEIRO EM MEDF BP BRANCO FROST 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS, 04 PRATELEIRAS E 05 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, MEDINDO LARGURA 1,10 MT, ALTURA 2,73 MT, PROFUNDIDADE 0,45 MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 07 DO EDITAL), 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUIROS CROMADO E PARTE PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.			
10	1,00	UN	ROUPEIRO EM MDF BP BRANCO FROST 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS, 04 PRATELEIRAS E 05 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6 MM, 1,05 MT DE LARGURA, 2,7 MT DE ALTURA, E 0,45 MT DE PROFUNDIDADE, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO, TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA (CONFORME FIGURA NO ITEM Nº 7 DO EDITAL), 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA 96MM ENTRE FUIROS CROMADO E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANASIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 49 541-0700
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 5/2010 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

10/2010

Data do Processo:

15/04/2010

Folha: 4/7

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
11	1,00	UN	ROUPEIRO EM MDF BP BRANCO FROST 18MM, NA ESTRUTURA E PORTAS, 04 PRATELEIRAS E CINCO VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15 MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, MEDINDO 1,00MT DE LARGURA, 2,71 MT DE ALTURA E 0,45MT DE PROFUNDIDADE. COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO, TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA (CONFORME FIGURA NO ANEXO Nº 7 DO EDITAL), 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA 96MM ENTRE FUROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.	_____	_____	_____
12	1,00	UN	ROUPEIRO EM MDFBP BRANCO FROST 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS, 04 PRATELEIRAS E 05 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA: 1,10MT, ALTURA: 2,70MT E PROFUNDIDADE 0,45MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA, (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 7). 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.	_____	_____	_____
13	1,00	UN	ROUPEIRO EM MDF BP BRANCO FROST, 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS, 04 PRATELEIRAS E 05 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA: 1,05MT, ALTURA: 2,70MT E PROFUNDIDADE 0,45MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA, (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 7). 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.	_____	_____	_____
14	1,00	UN	ROUPEIRO EM MDF BP BRANCO FROST 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS 4 PRATELEIRAS E 5 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA: 1,10MT, ALTURA: 2,58MT E PROFUNDIDADE 0,45MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA, (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 7). 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.	_____	_____	_____
15	1,00	UN	ROUPEIRO EM MDF, BP BRANCO FROST 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS 4 PRATELEIRAS E 5 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA: 1,10MT, ALTURA: 2,55MT E PROFUNDIDADE 0,45MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA, (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 7). 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.	_____	_____	_____
16	1,00	UN	ROUPEIRO EM MDF BP BRANCO FROST 18MM NA EST. E PORTAS 4 PRATELEIRAS E 5 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA: 1,00MT, ALTURA: 2,68MT E PROFUNDIDADE 0,45MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA, (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 7). 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.	_____	_____	_____
17	1,00	UN	ARMÁRIO EM MDF BP BRANCO FROST 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS 4 PRATELEIRAS E 5 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA: 0,85MT, ALTURA: 2,10MT E PROFUNDIDADE 0,45MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA, (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 7). 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.	_____	_____	_____

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANASIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 49 541-0700
RUA NEREU RAMOS 379
C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 5/2010 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

10/2010

Data do Processo:

15/04/2010

Folha: 5/7

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
18	1,00	UN	ARMÁRIO EM MDF BP BRANCO FROST, 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS 4 PRATELEIRAS E 5 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA: 1,10MT, ALTURA: 2,68MT E PROFUNDIDADE 0,45MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA, (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 7). 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUIROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.	_____	_____	_____
19	4,00	UN	ARMÁRIO EM MDF BP BRANCO FROST 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS, 4 PRATELEIRAS E 5 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA: 1,10MT, ALTURA: 2,67MT E PROFUNDIDADE 0,45MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA, (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 7). 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUIROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.	_____	_____	_____
20	1,00	UN	ARMÁRIO EM MDF, BP BRANCO FROST 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS, 4 PRATELEIRAS E 5 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA: 1,10MT, ALTURA: 2,66MT E PROFUNDIDADE 0,45MT, COM PÉ DE ALUMINIO ANODIZADO TUBO 0,032 X 0,032, ALTURA 0,182 MT DE ESPESSURA, (CONFORME FIGURA DO ANEXO Nº 7). 02 PORTAS COM DOBRADIÇAS, PUXADORES DE ALÇA TAMANHO 96MM ENTRE FUIROS CROMADO, E PARTE ABERTA PARA FRIGOBAR COM UMA DIVISÓRIA E UMA PRATELEIRA.	_____	_____	_____
21	1,00	UN	ARMÁRIO AÉREO EM MDF BP BRANCO FROST 18MM NA ESTRUTURA E PORTAS, 02 PRATELEIRAS E 03 VÃOS EM MDF BP BRANCO FROST 15MM, FUNDO COM MDF BP BRANCO FROST 6MM, LARGURA: 1,00MT, ALTURA: 0,90MT E PROFUNDIDADE 0,35MT, COM 02 PORTAS CORREDIÇAS COM PUXADORES DE ALÇA, TAMANHO 96MM ENTRE FUIROS CROMADO, E FECHADURA.	_____	_____	_____
22	3,00	UN	CARRO DE EMERGÊNCIA CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO, COM PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, COM SUPORTE PARA DESFIBRILADOR, POSSUINDO NO MINIMO 04 GAVETAS COM GUIAS DESLIZANTES, TENDO NO MINIMO 03 DELAS COM COLMÉIAS, TRAVA DAS GAVETAS COM DISPOSITIVO PARA COLOCAÇÃO DE LACRE, TAMPO SUPERIOR EM FIBRA DE VIDRO, PRATELEIRA PARA MONITOR REGULÁVEL EM ATURA, EXTENSÃO COM TOMADA TRIPLA. RODIZIOS DE NO MINIMO DE 3", COM SISTEMA DE TRAVAS (FREIOS) NAS DIAGONAIS.	_____	_____	_____
23	2,00	UN	CADEIRA PARA BANHO, DOBRÁVEL, ESTRUTURA EM AÇO CARBONO, DOBRÁVEL, PINTURA EPÓXI-PÓ, RODAS DIANTEIRAS E TRASEIRAS DE NO MINIMO 6", COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS, APOIO DE PÉS ESCAMOTEÁVEL, APOIO DE BRAÇOS REMOVÍVEIS, ASSENTO SANITARIO COM ABERTURA FRONTAL, ENCOSTO EN COURVIM, ESTRUTURA PARA SUPORTAR USUARIO COM ATÉ 90KG.	_____	_____	_____
24	36,00	UN	ESCADA 02 DEGRAUS - EM AÇO INOXIDÁVEL, DEGRAUS DE MADEIRA COMPENSADA COM PISO DE BORRACHA; CANTONEIRAS DE AÇO INOXIDÁVEL; MEDIDAS: COMPRIMENTO 355 - LARGURA 430 - ALTURA 390MM.	_____	_____	_____

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 49 541-0700
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

Processo Administrativo:
 Data do Processo Adm.:
 Processo de Licitação: 10/2010
 Data do Processo: 15/04/2010

Folha: 6/7

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
25	1,00	UN	ESTERILIZADOR AUTOMÁTICO HORIZONTAL COM 02 PORTAS, A VAPOR SATURADO E ELÉTRICO, VÁCUO PULSANTE (BOMBA DE VÁCUO 3 CV), CAPACIDADE DA CÂMARA INTERNA PARA NO MINIMO 96 LITROS. AUTOMÁTICO, ELÉTRICO, 220V TRIFÁSICO, CICLO DE PRÉ-VÁCUO PULSANTE PARA REMOÇÃO DE AR, 02 CAMARAS (1 EXTRNA E 1 INTERNA COM ESPESSURA MINIMA DE 4,8MM AÇO, POLIDO SANITÁRIO, COM TUBULAÇÕES EXTERNA EM COBRE E LATÃO, COM GERADOR DE VAPOR PRÓPRIO EM AÇO INOXIDÁVEL, AQUECIMENTO POR 3 RESISTENCIAS DE 03 ELEMENTOS EM AÇO, COM CAPACIDADE MAXIMA DE 15 KW. CAMARA INTERNA COM NO MINIMO 1 DRENO PARA ESCOAMENTO, ENTRADA INDEPENDENTE PARA LUYA DE VALIDAÇÃO DE 1". SISTEMA TRIPLO DE INJEÇÃO DE VAPOR NA CAMARA INTERNA. ENTRADA DE AR LIMPO, ESTRUTURA COM PÉS REGULÁVEIS PARA NIVELAMENTO, REVESTIDO EM CHAPAS LATERAIS REMOVIVEIS COM SISTEMA DE ENCAIXES EM CHAPA PINTADA. PORTA COM FECHAMENTO POR VOLANTE CENTRAL, COM BRAÇOS CONCÊNTRICOS COM GUARNIÇÃO FIXA EM SILICONE, SISTEMA DE INTER-TRVAMENTO, COM ISOLAMENTO DAS CAMARAS POR INTERMÉDIO DE COBERTURA DE LÁ DE VIDRO E ALUMINIO CORRUGADO. TEMPOS PROGRAMAVEIS, TEMPERATURA NO MOMENTO DE USO DE 100° A 134° C, PAINEL DE CONTROLE MICROPROCESSADO, CICLOS FLEXIVEIS PARA PROGRAMAÇÃO DO USUARIO, MANÔMETROS ANALOGICOS DE LEITURA DE PRESSÃO DE VÁCUO E PRESSÃO DA CAMARA INTERNA COM NO MINIMO 4 PULSOS DE VÁCUO E 3 DE PRESSÃO, 01 CARRO EXTERNO, 01 CARRO INTERNO PARA ACOMODAÇÃO DE PACOTES. COMANDO POR INTERMEDIO DE VALVULAS SOLENÓIDES ELÉTRICAS, COM SISTEMA DE SEGURANÇA CONTRA ABERTURA QUANDO HOVER PRESSÃO SUPERIOR A 0,1KGF/CN2, VÁLVULA DE SEGURANÇA ELÉTRICA COM ACIONAMENTO AUTOMÁTICO, SISTEMA DE DESLIZAMENTO AUTOMATICO EM CASO DE PRESSÃO EXCESSIVA, SISTEMA DE PURGA ELETRONICA AUTO LIMPANTE COM TEMPO PROGRAMAVEL PARA ELIMINAÇÃO DE CONDENSADO. O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR REGISTRO NO MINISTÉRIO DA SAÚDE E ATENDER AS NORMAS TÉCNICAS DE FABRICAÇÃO, ABNT, ASSIM COMO APRESENTAR O CERTIFICADO DE QUALIDADE, CERTIFICADO DE BOAS PRÁTICAS DE FABRICAÇÃO E MANUAL TÉCNICO DO PRODUTO.			
26	1,00	UN	MESA CONJUGADA PARA PROCEDIMENTOS CIRURGICOS ORTOPÉDICOS (CIRURGIA UNILATERAL E BILATERAL DO QUADRIL, INTRODUÇÃO DE PRGO FEMURAL E TIBIAL. CIRURGIA DE BRAÇO E ANTEBRAÇO E ARTROPLASTIA TOTAL DO QUADRIL). ABDUÇÃO COM DISPOSITIVO, AUXILIADOS POR RODÍZIOS COLOCADOS NAS EXTREMIDADES DAS BARRAS. CORREDIÇAS EM AÇO INOXIDÁVEL. TRAÇÃO: MEMBROS SUPERIORES E INFERIORES COM SISTEMA DE CORREDIÇAS. FIXAÇÃO DOS PÉS ATRAVÉS DE SAPATAS COM MOVIMENTOS LATERAIS, DORSAL E PLANTAR. SISTEMA DE FREIO ATRAVÉS DE PEDAL DE TRAVA E DESTRAVA. COM OS SEGUINTESS ASSESSÓRIOS: 01 CJ DE COLCHONETES DE ESPUMA POLIURETANO, 01 PAR DE OMBREIRAS, 01 PAR DE PORTA COXAS, REVESTIDO EM POLIURETANO, 01 SUPORTE PARA LATERAL, 01 ARCO DE NARCOSE, 01 APARELHO DE TRAÇÃO PARA OSTEOSINTESE INTRAMEDULAR DE TIBIA, 01 APARELHO PARA TRAÇÃO DE MEMBROS INFERIORES E DECUBIDO LATERAL, 01 EXTENSOR DE TAMPO PARA MEMBROS INFERIORES, 01 PAR DE SUPORTE DE BRAÇO, O EQUIPAMENTO DEVERÁ POSSUIR O CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO, CERTIFICADO DE NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA, E MANUAL DE INSTRUÇÕES.			
27	2,00	UN	MACA DE TRANSFERENCIA COM NO MINIMO 1,90 DE COMPRIMENTO X 0,60 DE LARGURA X 0,80 DE LARGURA. ESTRUTURA TUBULAR PINTADA EM EPOXI, HASTE PARA SORO CROMADA, TRILHOS E ASSESSÓRIOS CROMADOS, GRADES FLEXIVEIS CROMADAS E LEITO EM MATERIAL ESTOFADO. MACA PROVIDA DE 02 CARROS. MOBILIA COM CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO, MANUAL DO EQUIPAMENTO E NO MINIMO 01 ANO DE GARANTIA.			

ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSE ATHANASIO

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: 49 541-0700
 RUA NEREU RAMOS 379
 C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 5/2010 - PR

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

10/2010

Data do Processo:

15/04/2010

Folha: 7/7

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
28	3,00	UN	ASPIRADOR DE SECREÇÃO COM RECIPIENTE DE CAPACIDADE MINIMA DE 3 LTS, MOTOR COM NO MINIMO 1,4 HP, VOLTAGEM 220V, FUNCIONAMENTO A PISTÃO ISENTO A ÓLEO COM FILTRO BACTERIOLÓGICO, RECIPIENTE AUTOCLÁVEL, COM SISTEMA QUE INTERROMPE A ASPIRAÇÃO QUANDO O RECIPIENTE ESTIVER CHEIO.	_____	_____	_____
29	14,00	UN	POLTRONA RECLINAVEL 90° - 180°, ATRAVES DE SISTEMA DE ALAVANCA HIDRAULICA COM AS POSIÇÕES: SEMI- SENTADO E SENTADO, ACIONAMENTO DO MOVIMENTO PARA APOIO DOS PÉS MECANICAMENTE ATRAVÉS DE SISTEMA DE CREMALHEIRAS. ASSENTO, ENCOSTO E APOIO PARA OS PÉS ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO EM FORMATO ANATOMIC, COM REVESTIMENTOS EM COURVIM E APOIS DOS BRAÇOS ESTOFADO. ESTRUTURA EM AÇO TUBULAR COM ACABAMENTO EM PINTURA ELETROSTATICA À PÓ. DIMENSÕES MINIMAS : POSIÇÃO SENTADO: COMP. 900MM X MANUAL DO EQUIPAMENTO E GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	_____	_____	_____
30	30,00	UN	FLUXOMETRO FEMEA P/ OXIGENIO	_____	_____	_____
31	30,00	UN	FLUXOMETRO FEMEA PARA AR COMPRIMIDO	_____	_____	_____
32	2,00	UN	CAMA FOWLER ELÉTRONICA, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO E ACABAMENTO COM PINTURA EM EPÓXI, COM MOVIMENTOS FOWLER, PROCLIVE E ELEVAÇÃO HORIZONTAL, MOTORES E CAIXA DE COMANDOS RESISTENTE A AGUA, POEIRA E OUTROS RESIDUOS, CABECEIRA E PESEIRA EM POLIURETANO RIGIDO, REMOVIVEIS , PESEIRA COM PAINEL CENTRAL DIGITAL COM ACIONAMENTO DE RETORNO RÁPIDO. GRADES LATERAIS EM POLIURETANO RIGIDO COM COMANDO DIGITAL NO PAINEL INTERNO E EXTERNO, MECANISMO DE RECUO. LEITO EM ESTRUTURA TUBULAR COM TAMPOS EM CHAPA METÁLICA. PÁRA-CHOQUE DE PROTEÇÃO DE PVC EM TODA A CABECEIRA E PESEIRA. BASEREVESTIDA COM TAMPA DE PROTEÇÃO EM MATERIAL PLÁSTICO ALTAMENTE RESISTENTE. RODAS DE NO MINIMO 6" DE DIAMETRO, CONFECCIONADA EM MATERIAL PLÁSTICO RESISTENTE, COM FREIOS ACIONADOS POR PEDAL. PROVIDO DE BATERIA. O EQUIPAMENTO DEVE POSSUIR CERTIFICADO DE BOAS PRATICAS DE FABRICAÇÃO. MANUAL DO EQUIPAMENTO E GARANTIA MINIMA DE 01 ANO.	_____	_____	_____
33	16,00	UN	SOFÁ CAMA HOSPITALAR EM TUBO DE AÇO ANTIOXIDANTE, PINTURA EM EPÓXI, ESTOFADO COM ESPUMA DE ALTA DENSIDADE, REVESTIDA DE MATERIAL EM COURVIN COLORIDO (CORES A SEREM ESTABELECIDAS) EM FORMATO ANATOMIC E BRAÇOS ARTICULÁVEIS. O SOFÁ DEVERÁ POSSUIR AS MEDIDAS MINIMAS: LARGURA ABERTO: 2300MM E FECHADO: 1500MM, COMPRIMENTO: 750 MM E ALTURA 865MM	_____	_____	_____
34	4,00	UN	BIOMBO DE 03 FACES - AMAÇÃO EM TUBOS REDONDOS DE AÇO INOXIDAVEL, PANO DE BRIM BRANCO, DE FÁCIL REMOÇÃO PARA LAVAGEM, PÉS COM RODIZIOS. COM AS MEDIDAS MINIMAS: COMP: 1900 X LARGURA 450 X ALTURA 1760MM	_____	_____	_____
35	7,00	UN	MESA DE CABECEIRA E REFEIÇÃO ACOPLADA EM MADEIRA COM REVESTIMENTO EM LAMINADO COLORIDO (CORES A ESCOLHER) PORTA E GAVETA COM PUXADORES METALICOS CROMADOS, GAVETA DESLIZANTE COM CORREDIÇAS METÁLICAS, MESA DE REFEIÇÃO COM ALTURA REGULÁVEL através de guias em tubos de aço CROMADO COM SISTEMA DE ENGATE. HASTES EM TODA A VOLTA DO TAMPO E PRATELEIRAS PINTADA A ELETROSTATICA A PÓ, RODIZIOS DE 1 1/2" DE DIAMETRO, TAMANHO MINIMO: 650MM DE COMPRIMENTO X 450MM DE PROFUNDIDADE, 850MM DE ALTURA E ALTURA MÁXIMA DE 1150MM.	_____	_____	_____

(Valores expressos em Reais R\$)

Total Geral:
