

FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO
EDITAL DE PP Nº 13/2011
RETIFICAÇÃO DE ITEM

O ITEM do edital de PP 13/2011 passará a ter o seguinte descritivo:

ARCO CIRÚRGICO EM C MÓVEL COM FLUOROSCOPIA PARA A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTOS ORTOPÉDICOS, UROLÓGICOS, E NEUROLÓGICOS EM PACIENTES ADULTOS, INCLUSIVE OBESOS, PEDIÁTRICOS E NEONATAIS. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: GERADOR DE RAIOS- X DE ALTA FREQUÊNCIA COM CONTROLE MICROPROCESSADO; FAIXA MÍNIMA DE TENSÃO PARA FLUOROSCOPIA: 40 KV A 120KV; FAIXA MÍNIMA DE CORRENTE PARA FLUOROSCOPIA: 0,2MA A 6MA; TUBO DE RAIOS - X COM ANODO GIRATÓRIO E DUPLO FOCO; CONTROLE AUTOMÁTICO DE DOSE. CÂMARA CCD COM SISTEMA REDUTOR DE RUÍDO E RETENÇÃO DE IMAGENS C/ RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 512 X 512 PONTOS; INTENSIFICADOR DE IMAGEM DE NO MÍNIMO TRÊS CAMPOS, SENDO O MAIOR DE 9"; DOIS (02) MONITORES LCD, COLORIDO, DE NO MÍNIMO 18" MONTADO SOBRE BASE MÓVEL COM RODÍZIOS; GERADOR DE NO MÍNIMO 3 KW; SELEÇÃO AUTOMÁTICA DE FOCOS FINO/GROSSO; AJUSTE DE TEMPO DE EXPOSIÇÃO DE 0,003 A 5 SEGUNDOS; CAPACIDADE DE ARMAZENAR ATÉ 120.000 QUADROS; DEVE FUNCIONAR COM UMIDADE RELATIVA NA FAIXA DE 20 A 75%, NO MÍNIMO; DEVE APRESENTAR INTERFACE DICOM HABILITADA E PRONTA PARA O USO; DEVE POSSIBILITAR GRAVAÇÃO EM DVD; ACESSÓRIOS: VÍDEO PRINTER PARA REGISTRO DE IMAGENS EM PAPEL TÉRMICO; ALIMENTAÇÃO ELÉTRICA: TENSÃO: 220 V/60HZ. O EQUIPAMENTO DEVE SER ACOMPANHADO PELOS MANUAIS DE OPERAÇÃO E SERVIÇO EM LÍNGUA PORTUGUESA. A LICITANTE VENCEDORA DEVERÁ FORNECER TREINAMENTO ADEQUADO AOS USUÁRIOS, SEM ÔNUS PARA A FUNDAÇÃO. GARANTIA DE NO MÍNIMO 24 MESES PARA PEÇAS E INCLUSIVE AMPOLA. DESPESAS COM ENTREGA E SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO EQUIPAMENTO POR CONTA DA VENDEDORA.

Fundação Hospitalar Dr. José Athanázio
Marliése Da Cass Mecabô
Administradora