

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPOS NOVOS**

**CNPJ: 08.595.042/0001-24
RUA NEREU RAMOS, 333
C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC**

**PREGÃO PRESENCIAL
Nr.: 20/2012 - PR**

**Processo Administrativo:
Data do Processo Adm.:
Processo de Licitação: 24/2012
Data do Processo: 04/07/2012**

Folha: 1/2

**ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO**

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
1	4,000	UN	FOTOPOLIMERIZADOR - COM LUZ LED COM COMPRIMENTO DE ONDA DA LUZ NA FAIXA ENTRE 440 E 470 NM, OTIMO E SEGURO PARA PROCEDIMENTOS DE FOTO ATIVAÇÃO DE RESINAS, IONOMEROS E ADESIVOS. POTENCIA NA FAIXA DE 600 MW/CM². TEMPO DE OPERAÇÃO PROGRAMAVEL 10, 20, 40, 60, 80 E 90 SEGUNDOS COM SINALIZADOR SONORO A CADA 10 SEGUNDOS.DISPLAY PADRÃO NUMERICO 7 SEGMENTOS.			
2	4,000	UN	ESTUFA ODONTOLOGICA PARA ESTERILIZAÇÃO A SECO. COM CONTROLE ELETRONICO DE TEMPERATURA ATE 250° C. FEITA EM AÇO TRATADO POR METODO QUIMICO CONTRA CORROSÃO, ISOLAMENTO TERMICO COM LA ROOFING EM TODAS AS PAREDES, INCLUINDO A PORTA. ACABAMENTO INTERNO COM TINTA ALUMINIO RESISTENTE AO CALOR. CAPACIDADE DE 30 LITROS, PINTURA INTERNA EM ALUMINIO SUPORTANDO ATE 700 ° C, TERMOSTATO DE 50° A 280 ° C. BIVOLT. E PINTURA EXTERNA ELETROSTATICA.			
3	9,000	UN	SELADORA PARA COMPLEMENTAR E PROCESSO DE ESTERILIZAÇÃO, EM AÇO INOX, COM SUPORTE PARA PAPEL GRAU CIRURGICO, COM REGULAGENS PARA DIVERSOS TAMANHOS DE PAPEIS E ATE 25 CM DE AREA DE SELAGEM. COM AJUSTE DE TEMPERATURA DE SELAGEM ALEM DE POSSUIR RESISTENCIAS ISOLADAS, INIBINDO O RISCO DE QUEIMA DO PAPEL. BRAÇO DE SELAGEM COM TRAVA COM FECHAMENTO MEDIANTE A ALAVANCA MANUAL COM TRAVA, COM APOIO ANTERIOR REMOVIVEL, COM CHAVE DE APOIO FRONTAL DESMONTAVEL. TRILHO DE CORTE DUPLO EM AMBOS OS SENTIDOS. COM CORPO EM AÇO INOX. POTENCIA: 570/460 W, DIMENSÃO: 238 X 470 X 390 MM.			
4	5,000	UN	AUTOCLAVE NA COR BRANCA, MODELO HORIZONTAL, CAPACIDADE DE 21 LITROS, COM CAMARA DE ALUMINIO OU INOX, DESAERAÇÃO E DESPRESSURIZAÇÃO AUTOMATICA, COM SECAGEM EFICIENTE, COM SECAGEM EXTRA, COM TEMPO TOTAL DE ESTERELIZAÇÃO DE APROXIMADAMENTE 55 MINUTOS (01 CICLO), COM METODO DE SECAGEM COM A PORTA ENTREABERTA, COM SEIS SISTEMAS DE SEGURANÇA(VALVULA DE SEGURANÇA, VALVULA ANTI-VACUO, ANEL DE VEDAÇÃO, FUSIVEL, TERMOSTATO, SISTEMA ELETRONICO DE CONTROLE DE POTENCIA), COM PRESSÃO DE ESTERILIZAÇÃO ENTRE 1,7 A 1,9 KGF/CM², TEMPERATURA DE ESTERILIZAÇÃO ENTRE 126 A 130 °C, COM 03 BANDEJAS EM ALUMINIO ANODIZADO, SUPORTE, COPO GRADUADO, BRAÇADEIRA, AMOSTRA DE MANGUEIRA E MANUAL DE INSTRUÇÃO. A CAMARA DEVE TER 25 CM(DIAMETRO) X 46,5 CM(PROFUNDIDADE) E AS SEGUINTE DIMENSOES EXTERNAS 39,5CM (LARGURA) X 38 CM(ALTURA) X			

**ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE CAMPOS NOVOS**

PREGÃO PRESENCIAL

Nr.: 20/2012 - PR

CNPJ: 08.595.042/0001-24

RUA NEREU RAMOS, 333

C.E.P.: 89620-000 - CAMPOS NOVOS - SC

Processo Administrativo:

Data do Processo Adm.:

Processo de Licitação:

24/2012

Data do Processo:

04/07/2012

Folha: 2/2

ANEXO I
RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Item	Quantidade	Unid	Especificação	Marca	Preço Unitário	Preço Total
5	1,000	UN	61CM (PROFUNDIDADE), O PESO LIQUIDO DEVERA SER 28 KG SE A CAMARA FOR EM ALUMINIO E 33,5 KG SE FOR EM INOX. INSTRUMENTO DE BAIXA ROTAÇÃO (CONTRA ANGULO) COM SPRAY EXTERNO ROTAÇÃO EM TORNO DE 25.000 RPM COM REVERÇÃO ATRAVES DO MICRO MOTOR, AUTOCLAVAVEL A 135° C RUIDO DE 64 DBS CONFECCIONADO EM LATÃO, ALUMINIO E AÇO INOX.	_____	_____	_____
6	1,000	UN	MICROMOTOR INTRA COM ENCAIXE BORDEN (2 FUSOS) , ROTAÇÃO DE 20.000 RPM AUTOCLAVAVEL, RUIDO DE 64 DBS, SPRAY MINIMO 30 ML / MIN. CONEXÃO PARA PEÇA DE MÃO E SPRAY INTERNO.	_____	_____	_____
7	4,000	UN	INSTRUMENTO DE ALTA ROTAÇÃO COM ROLAMENTO DE CERAMICA. SEM RANHURAS PARA FACILITAR ASSEPSIA, COM ACOPLAMENTO BORDEN E SPRAY TRIPLO, . COM SISTEMA PRESS - BUTTON E ROTAÇÃO DE 380.000 / RPM. COM TORQUE 0,13 NCM. COM CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	_____	_____	_____
8	50,000	UN	PAPEL GRAU CIRURGICO EM BOBINA 25 CM X 100 METROS. COM INDICADORES QUIMICOS QUE MUDAM DE COR APOS ENTRAR EM CONTATO COM AGENTE ESTERELIZXANTE NOS PROCESSOS DE VAPOR SATURADO OU OXIDO DE ETILENO. NECESSARIAMENTO E COM SELAMENTO TRIPLO. REGISTRO A ANVISA.	_____	_____	_____
(Valores expressos em Reais R\$)					Total Geral:	_____