



AVISO DE RETIFICAÇÃO E PRORROGAÇÃO Nº 01/2013

PREGÃO Nº 31/2013

Levamos ao conhecimento dos interessados, que há alterações na descrição do item 9 da presente licitação, e também prorrogação da data de abertura.

1. Alteração no descrição do item 9:

ONDE SE LÊ:

ITEM 9 - Cadeira odontológica com estofado injetável na cor azul celeste. Equipo Cart. Deve ter 3 posições de trabalho, programável, volta a zero automático, cabeceira multiarticulável ,encosto anatômico e biarticulável, pedal joystick na base, caixa de comando avulso, **posição trendelemburg**, seringa tríplice,1 terminal para alta rotação borden,1 terminal de baixa rotação borden, pedal progressivo, sistema anti-refluxo(válvula anti-retração), refletor com 3 intensidades, **unidade de água rebatível em 90°**, **cuba translúcida removível**. Com 2 sugadores Venturi. A unidade suctora deve ser fixa à cadeira e dotada de cuspideira, com ligação do esgoto à rede e um sistema de sucção princípio Venturi(injetor acionado a ar comprimido) para cânulas 6,3mm. Um segundo sistema de sucção Venturi para cânulas 9,5 mm e deve como opcional o braço articulável (braço assistente ou auxiliar), possibilitando maior alcance e melhor ergonomia do trabalho. Na suctora devem estar localizados os reservatórios pressurizados de água para o spray das peças de mão. Deve ter um sistema de assepsia dos condutos internos das mangueiras das peças de mão do equipo. A iluminação deve ter intensidade variável entre 6000 e 22000 LUX.

LEIA-SE:

ITEM 9 - Cadeira odontológica com estofado injetável na cor azul celeste. Equipo Cart. Deve ter 3 posições de trabalho, programável, volta a zero automático, cabeceira multiarticulável ,encosto anatômico e biarticulável, pedal joystick na base, caixa de comando avulso, seringa tríplice,1 terminal para alta rotação borden,1 terminal de baixa rotação borden, pedal progressivo, sistema anti-refluxo(válvula anti-retração), refletor com 3 intensidades, **unidade de água rebatível em 45°**, **cuba removível**. Com 2 sugadores Venturi. A unidade suctora deve ser fixa à cadeira e dotada de cuspideira, com ligação do esgoto à rede e um sistema de sucção princípio Venturi(injetor acionado a ar comprimido) para cânulas 6,3mm. Um segundo sistema de sucção Venturi para cânulas 9,5 mm e deve como opcional o braço articulável (braço assistente ou auxiliar), possibilitando maior alcance e melhor ergonomia do trabalho. Na suctora devem estar



localizados os reservatórios pressurizados de água para o spray das peças de mão. Deve ter um sistema de assepsia dos condutos internos das mangueiras das peças de mão do equipo. A iluminação deve ter intensidade variável entre 6000 e 22000 LUX.

2. A data de abertura da licitação será prorrogada para o dia **18/11/2013 as 14:30**, e **o horário final para entrega de envelopes será as 14:00.**

Campos Novos, 07 de novembro de 2013.

Atenciosamente,

Nelson Cruz.
Prefeito Municipal