

**FUNDO MUNICIPAL DESENV. AGROP. CAMPOS**

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 82.939.232/0001-74

Telefone: (49) 3541-0117

Rua Nereu Ramos, 1331

CEP: 89620-000 - Campos Novos SC

**PREGÃO ELETRÔNICO**

Nr.: 7/2022 - PE

Processo Administrativo: 9/2022

Data do Processo: 07/07/2022

## ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UNI	Microscópio Invertido - Microscópio Invertido - Sistema de iluminação LED diascópico, Condensador de distância de trabalho extra-longa, revólver para 5 objetivas platina inclusa 2 anéis de suporte em acrílico (1 peça com diâmetro de círculo de 30 mm e 1 peça com dimensão 30 x 90 mm;) estativa; Com par de oculares 10x e ocular telescópica de centralização de contraste de fase; Charriot mecânico tipo Ts2-S-SM com manípulo de movimentação dos eixos x e y, com suporte universal para 5 tipos de microplacas, e lâminas, com clip de sustentação; Equipamento dotado de sistema de Contraste de Modulação Avançada. Não pode ser DIC. Jogo de objetivas do Contraste de Modulação Avançada com ótica de correção ao infinito e extra-longa distância de trabalho: o Magnificação de 10x, abertura numérica (N.A.) 0,25 mm; distância de trabalho (W.D.) 6,20 mm; o Magnificação de 20x, abertura numérica (N.A.) 0,40 mm; distância de trabalho (W.D.) 3,10 mm; o Magnificação de 40x, abertura numérica (N.A.) 0,55 mm; distância de trabalho (W.D.) ajustável com anel de correção de 2,70 a 1,70 mm; Ocular telescópica para alinhamento de fase pelo próprio embriologista.	144.681,0000	144.681,00
2	1,000	UNI	Micromanipulador - Micromanipulador - Executar procedimentos de manipulação de gametas e embriões que necessitem redução da amplitude de movimentos, precisão e maior sensibilidade, tais como injeção intracitoplasmática de espermatozóide (ICSI), seleção espermática, biópsia embrionária, entre outros. Joystick motorizado/ eletrônico nos eixos x, y e z, para suavizar movimento tridimensional; Mecanismo de ajuste de giro e inclinação que permite ajustes finos de ângulos na frente e atrás, bem como para cima e para baixo; A configuração do ângulo de operação (muito importante para FIV) precisa; Junta universal UJ-X com estabilidade e ângulo de ajuste sobre o anterior UJ-V3; Compatível com microscópio Ts2R - Nikon. Amplitude do movimento do botão de operação: 10mm; Amplitude do movimento de rotação completa do botão: 250µm; Graduação mínima: 2µm; Amplitude da operação do joystick: 2mm; Amplitude do movimento da operação motorizada: 22mm. Base de ferro para o joystick hidráulico; Suporte para fixação do manipulador no pilar de iluminação do microscópio. Incluso Injetora pneumática para holding HD-1, Holder injetora (HI-9), com Palheta de limpeza da injetora, Tubulações para escolha do usuário CT-4 ou CT-1-1.5 e Gasket de silicone (HI01PK01). Incluso Microinjetor pneumático para ICSI/FIV.	208.407,2500	208.407,25
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	353.088,25