


FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO

RELATÓRIO: RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

CNPJ: 83.156.455/0001-28

Telefone: (49) 3541-0700

Rua Nereu Ramos, 379

CEP: 89620-000 - Campos Novos SC

PREGÃO ELETRÔNICO

Nr.: 11/2023 - PE

Processo Administrativo: 119/2023

Data do Processo: 09/06/2023

ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO

Nº	Quantidade	Unid.	Especificação	Preço Unitário	Preço Total
1	1,000	UN	<p>REANIMADOR PNEUMÁTICO NEONATAL - REANIMADOR PNEUMÁTICO NEONATAL</p> <p>Reanimador portátil Pneumático para uso em pacientes Neonatal e infantil; Com blender interno ou externo para mistura de Ar comprimido e Oxigênio. Fluxômetro na saída do blender para controle de LPM; Controle de PEEP e Pressão Máxima; Manômetro analógico ou digital com faixa mínima de -20 a 80 cmH2O; Fluxo de Entrada de Gás: de 5 a 15 LPM; Faixa PIP Mínima: de 5 a 70 cmH2O; Faixa PEEP Mínima: de 2 a 10 cmH2O;</p> <p>Acessórios: Pedestal com suporte para cilindro de O2 e Ar Comprimido; Cilindro de O2 e AR tipo E com válvula reguladora, manômetro e fluxômetro. Mascaras de silicone; Intermediários para conexões; Blender; Fluxômetro O2; Mangueira de entrada de gás; Tubo corrugado; T de Ayre com válvula PEEP; Pulmão de teste (látex free); Extensão de O2 e AR de 1,5 m</p> <p>Garantia de no mínimo 01 ano; Descrever na proposta a marca, modelo, especificações técnicas do produto ofertado. Anexar à proposta manual de usuário e/ou técnico comprobatório das especificações técnicas do produto ofertado. O equipamento deve ser acompanhado pelos manuais impressos de operação em língua portuguesa; O licitante deve fornecer instalação e treinamento operacional adequado aos usuários, em até 10 dias da entrega, sem ônus para a administração. O equipamento deve possuir registro na ANVISA.</p>	21.797,7600	21.797,76
(Valores expressos em Reais R\$)				Total Geral:	21.797,76