



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**FUNDAÇÃO HOSPITALAR DR. JOSÉ ATHANÁZIO**

CNPJ: 83.156.455/0001-28 Telefone: (49) 3541-0700  
 Endereço: Rua Nereu Ramos, 379 - Centro  
 CEP: 89620-000 - Campos Novos

**Pregão eletrônico**

**5/2024**

Número Processo: 27/2024

Data do Processo: 17/05/2024

**OBJETO DO PROCESSO**

REGISTRO DE PREÇO VISANDO A AQUISIÇÃO DE EQUIPO DE BOMBA DE INFUSÃO PARA MEDICAÇÃO, EQUIPO DE BOMBA PARA INFUSÃO DE MEDICAÇÃO FOTOSSENSÍVEL, EQUIPO DE BOMBA PARA INFUSÃO DE NUTRIÇÃO ENTERAL E 70 BOMBAS DE INFUSÃO A SEREM DISPONIBILIZADOS EM REGIME DE COMODATO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E ANEXOS.

**ATA DE REUNIÃO DE JULGAMENTO DE PROPOSTAS Nº 4/2024**

Reuniram-se no dia 06/08/2024, as 14:31 os membros da Comissão de Licitação, designada pela(o) Portaria/Decreto Nº 1591/2022, para julgamento das propostas de preço das proponentes habilitadas para fornecimento e/ou execução dos itens descritos no Processo Licitatório Nº 27/2024 na modalidade de Pregão eletrônico. Inicialmente procedeu-se a leitura do teor das propostas para estudo e análise de preço e outros fatores previstos no edital. Logo após julgadas as propostas, a comissão emitiu o parecer discriminando o(s) vencedor(es), conforme segue abaixo:

**PARECER DA COMISSÃO**

ABERTA A SESSÃO NO PORTAL DE COMPRAS PÚBLICAS (HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/) REALIZOU-SE A ANÁLISE DAS PROPOSTAS PREVIAMENTE CADASTRADAS, SENDO TODAS CLASSIFICADAS.

NA FASE DE LANCES, AS EMPRESAS EFETUARAM LANCES REDUZINDO O VALOR INICIAL DO LOTE. AO FINAL DA FASE DE LANCES, FOI ABERTO PRAZO PARA NEGOCIAÇÃO, NÃO HAVENDO ÊXITO.

ATO CONTÍNUO, EM CONFORMIDADE COM OS SUBITENS 13.1.2 E 14.1 DO EDITAL, RESTOU CONVOCADO O LICITANTE VENCEDOR DA FASE DE LANCES PARA REALIZAR O ENVIO DO ARQUIVO DA PROPOSTA READEQUADA DEVIDAMENTE ASSINADA, ACOMPANHADA DE TODOS OS DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO EXIGIDOS EM EDITAL, SENDO CUMPRIDO TEMPESTIVAMENTE PELO LICITANTE.

NA FASE DE HABILITAÇÃO, A PREGOEIRA E EQUIPE DE APOIO REALIZARAM A ANÁLISE DAS DOCUMENTAÇÕES ENCAMINHADAS PELO LICITANTE VENCEDOR DA FASE DE LANCES, RESTANDO A SEGUINTE EMPRESA VENCEDORA E HABILITADA NO CERTAME: MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - PARA O LOTE Nº 01;

ABERTA A FASE RECURSAL O LICITANTE SAMTRONIC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA MANIFESTOU INTENÇÃO DE RECORRER, POR FIM, SENDO CONCEDIDO ATÉ O DIA 09/08/2024 PARA ENVIO DE RECURSOS, E ATÉ O DIA 14/08/2024 PARA ENVIO DE CONTRARRAZÕES.

DEMAIS INFORMAÇÕES DO CERTAME PODEM SER VERIFICADAS NA SEGUINTE ENDEREÇO ELETRÔNICO: (HTTPS://WWW.PORTALDECOMPRASPUBLICAS.COM.BR/). NADA MAIS HAVENDO A TRATAR, DEU-SE POR ENCERRADA A SESSÃO.

**Lote: 1**

**Participante: MEDSIDE COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA**

Item	Especificação	Qtd.	Unidade	Marca	Valor Unitário	Valor Total
1	EQUIPO PARENTERAL - Equipo de bomba infusão para administração de soluções parenterais, com comprimento mínimo de 1,5 metros, fabricado em material atóxico, com tubo confeccionada em PVC transparente ou translucido, possuir ponta perfurante universal com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas e entrada de ar com filtro bacteriológico e tampa. Possuir regulador de fluxo ou pinça tipo rolete e conector luer lock com tampa protetora. Produto estéril com embalagem individual, com dados de identificação externamente, como procedência, lote, data tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - EQUIPO PARENTERAL - Equipo de bomba infusão para	5.000,0	UN		20,6000	103.000,00

2	<p>administração de soluções parenterais, com comprimento mínimo de 1,5 metros, fabricado em material atóxico, com tubo confeccionada em PVC transparente ou translucido, possuir ponta perfurante universal com tampa protetora, câmara de gotejamento flexível com filtro de partículas e entrada de ar com filtro bacteriológico e tampa. Possuir regulador de fluxo ou pinça tipo rolete e conector luer lock com tampa protetora. Produto estéril com embalagem individual, com dados de identificação externamente, como procedência, lote, data tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.</p>	2.000,0	UN	19,4500	38.900,00
3	<p>EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL - Equipo de bomba infusão para administração de soluções parenterais fotossensíveis, com comprimento mínimo de 1,5 metros, fabricado em material atóxico, possuir ponta perfurante universal com tampa protetora, tubo extensor confeccionado em PVC âmbar, câmara de gotejamento flexível com filtro e entrada de ar com filtro bacteriológico e tampa. Possuir regulador de fluxo ou pinça tipo rolete e conector luer lock com tampa protetora, deve possuir pinça corta fluxo. Produto estéril com embalagem individual, com dados de identificação externamente, como procedência, lote, data tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - EQUIPO PARENTERAL FOTOSSENSÍVEL - Equipo de bomba infusão para administração de soluções parenterais fotossensíveis, com comprimento mínimo de 1,5 metros, fabricado em material atóxico, possuir ponta perfurante universal com tampa protetora, tubo extensor confeccionado em PVC âmbar, câmara de gotejamento flexível com filtro e entrada de ar com filtro bacteriológico e tampa. Possuir regulador de fluxo ou pinça tipo rolete e conector luer lock com tampa protetora, deve possuir pinça corta fluxo. Produto estéril com embalagem individual, com dados de identificação externamente, como procedência, lote, data tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.</p> <p>EQUIPO ENTERAL - Equipo de bomba infusão para administração de soluções enterais, fabricado em material atóxico, possuir ponta perfurante tipo cruz com tampa protetora, conectores com cores diferenciadas dos parenterais, conector escalonado distal ao paciente que encaixe somete na sonda enteral e não no acesso, câmara de gotejamento flexível sem ou com entrada de ar com filtro. Possuir regulador de fluxo ou pinça tipo rolete e conector do tipo escalonado para alimentação enteral com tampa protetora, deve possuir pinça corta fluxo, sem injetor lateral, o equipo deve permitir o preenchimento do mesmo de forma antecipada (gravitacional) e também o preenchimento pela bomba. Produto estéril com embalagem individual, com dados de identificação externamente, como procedência, lote, data tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde. - EQUIPO ENTERAL - Equipo de bomba infusão para administração de soluções enterais, fabricado em material atóxico, possuir ponta perfurante tipo cruz com tampa protetora, conectores com cores diferenciadas dos parenterais, conector escalonado distal ao paciente que encaixe somete na sonda enteral e não no acesso, câmara de gotejamento flexível sem ou com entrada de ar com filtro. Possuir regulador de fluxo ou pinça tipo rolete e conector do tipo escalonado para alimentação enteral com tampa protetora, deve possuir pinça corta fluxo, sem injetor lateral, o equipo deve permitir o preenchimento do mesmo de forma antecipada (gravitacional) e também o preenchimento pela bomba. Produto estéril com embalagem individual, com dados de identificação externamente, como procedência, lote, data tipo de esterilização, prazo de validade e Registro no Ministério da Saúde.</p>	3.000,0	UN	20,0000	60.000,00

*J*

*J*

*J*


**Total do Participante: 201.900,00**

Nada mais havendo a tratar, foi encerrada a reunião de julgamento, da qual foi assinada a presente ata pela Comissão de Licitação e pelos representantes das proponentes.

Campos Novos, 06/08/2024

BRUNA LETICIA LOPES MICHELON


PREGOEIRO



---

ANA PAULA DOS SANTOS

MEMBRO



---

JACIELA FERREIRA PETRY

MEMBRO



---